



# ES CERTIFIKÁT TYPU

## EC - type examination certificate

SK 11 - 064 MI-001

Rev. 0 Add. 1

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended

Žiadateľ

BAYLAN Ölçü Aletleri San. Ve Ticaret Ltd. Şti.

Issued to (applicant)

Atatürk Organize San. Bölgesi 10046 Sokak No: 14

Çigli / Izmir, Turkey

Druh meradla

vodomer

In respect of

water meter

Typ

W-6

Type

Základné požiadavky

príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.

Essential requirements

Annex No 1 and Annex MI-001 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.

Použité harmon. normy a normat. dokumenty

OIML R 49-1 2006

Ďalšie použité dokumenty

WELMEC 8.11

Harmonised standards and normative documents used

OIML R 49-2 2004

Further applied documents

WELMEC 11.1

EN 14154-1: 2005, A1:2007

Popis a dokumentácia

Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 087/1432/11 MI-001, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej Baylan\_W\_01.

Description and documentation

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 087/1432/11 MI-001, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Baylan\_W\_01.

Platný do

2021-02-11

Valid until

Notifikovaná osoba

1432

Notified Body

Vystavený dňa

2011-11-11

Date of issue



Ing. Štefan Král, PhD.

riaditeľ certifikačného orgánu pre výroby  
director of products certification body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.