



# ES CERTIFIKÁT TYPU

## EC - type examination certificate

SK 10 - 046 MI-001

Rev. 1 Add. 0

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended

Výrobca

KLEPSAN Klape –Vana Ölçü Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.

Issued to (manufacturer)

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No:28  
Hadimköy - Arnavutköy / Istanbul / Turkey

Druh meradla

vodomer

In respect of

water meter

Obchodná značka/Typ

KVS-...K

Trade mark/Type

Základné požiadavky

príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.

Essential requirements

Annex No 1 and Annex MI-001 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.

Použité harmon. normy  
a normat. dokumenty

OIML R 49-1 2006

Ďalšie použité dokumenty

WELMEC 8.11

Harmonised standards and  
normative documents used

OIML R 49-2 2006

Further applied documents

WELMEC 11.1

EN 14154-1:2005+A2: 2011

Popis a dokumentácia

Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 031/1432/13 MI-001, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej Klepsan\_KVS-K rev1.

Description and  
documentation

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 031/1432/13 MI-001, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Klepsan\_KVS-K rev1.

Notifikovaná osoba

1432

Notified Body

Platný do


2020-10-12

Valid until

Vystavený dňa

2013-06-05

Date of issue



Ing. Štefan Král, PhD.  
zástupca notifikovanej osoby  
Representative of Notified Body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.  
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.

