

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia



ES CERTIFIKÁT TYPU


Dodatok č. 1

EC - type examination certificate

Addition N° 1

Číslo / Number	SK 09 - 002 MI-004	rev. 0	add. 1
V súlade s <i>In accordance with</i>	nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách do právneho poriadku Slovenskej republiky <i>Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments, which implement, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended</i>		
Žiadateľ <i>Issued to (applicant)</i>	ENVOTEK Enerji Verimlilik Otomasyon Yazılım Eğitim Dan. Tic. Ltd. Sti. Ercliyes Teknopark Binası. No 68, Kayseri, Turkey		
Druh meradla <i>in respect of</i> Typ <i>Type</i>	merač tepla <i>heat meter</i> MHM-22-1, MHM-22-2		
Základné požiadavky <i>Essential requirements</i>	príloha č. 1 a príloha MI-004 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z. <i>Annex No 1 and Annex MI-004 to SR government Ordinance No 294/2005 Coll.</i>		
Použité harmon. normy a normatívne dokumenty <i>Harmonized standards and normative documents used</i> Popis a dokumentácia	OIML R 75-1 2002 OIML R 75-2 2002 EN 1434-1: 2007	Ďalšie použité dokumenty <i>Further applied documents</i>	WELMEC 8.14 WELMEC 11.1
Description and documentation	Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 031/1432/11 MI-004, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej Envo_Lifos_N01. <i>The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final Protocol No 031/1432/11 MI-004, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Envo_Lifos_N01.</i>		
Platný do <i>Valid until</i>	2019-11-26		
Notifikovaná osoba <i>Notified Body</i>	1432		
Vystavený dňa <i>Date of issue</i>	2011-04-11		




Ing. Ivan Chren
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conform to the provisions of those Directives.