



# ES CERTIFIKÁT TYPU

## EC - type examination certificate

SK 11 - 073 MI-001

Rev. 0 Add. 1

V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with *Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended*

Žiadateľ  
Issued to (applicant) Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.  
OSB.Büyük Selçuklu Bulvarı Uygurlar Caddesi No:4  
Sincan Ankara, Turkey

Druh meradla  
In respect of vodomer  
water meter  
Obchodná značka/Typ  
Trade mark/Type **ALFASU AT15-165-E3, AT20-190-B3, AT20-190-E3,  
ALFASU AT20-190-C3, AT20-190-B5, AT20-190-E5, AT20-190-C5**

Základné požiadavky  
Essential requirements príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.  
*Annex No 1 and Annex MI-001 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.*

Použité harmon. normy  
a normat. dokumenty  
Harmonised standards and  
normative documents used

OIML R 49-1 2006	Ďalšie použité dokumenty Further applied documents	WELMEC 8.11
OIML R 49-2 2006		WELMEC 11.1
EN 14154-1: 2005, A2:2011		

Popis a dokumentácia  
Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 014/1432/12 MI-001, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej Elektromed\_AT\_01.

Description and  
documentation *The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 014/1432/12 MI-001, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Elektromed\_AT\_01.*

Platný do  
Valid until 2021-12-22

Notifikovaná osoba  
Notified Body 1432

Vystavený dňa  
Date of issue 2012-03-20



Ing. Štefan Král, PhD.  
zástupca notifikovanej osoby  
Representative of Notified Body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

*Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.*