



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC - type examination certificate

SK 12 - 041 MI-003

Rev. 0 Add. 1

V súlade s	nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky
In accordance with	Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended
Žiadateľ Issued to (applicant)	Mak-Say Elektrik Elektronik Malzemeleri San. Ve Tic.A.Ş. Istiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:40 Kiraç Esenyurt Istanbul, Turkey
Druh meradla In respect of Obchodná značka/Typ Trade mark/Type	elektromer active electrical energy meter T510...
Základné požiadavky Essential requirements	príloha č. 1 a príloha MI-003 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z. Annex No 1 and Annex MI-003 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.
Použité harmon. normy a normat. dokumenty Harmonised standards and normative documents used	EN 50470 - 1 EN 50470 - 3 - Ďalšie použité dokumenty Further applied documents OIML R 46 CD3 WELMEC 11.1 WELMEC 7.2
Popis a dokumentácia Description and documentation	Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 029/1432/13 MI-003, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej MAKSA_T510_2. The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 029/1432/13 MI-003, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder MAKSA_T510_2.
Notifikovaná osoba Notified Body	1432
Platný do Valid until	2022-05-25
Vystavený dňa Date of issue	2013-05-21



Ing. Jeronim Markovič, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
Representative of Notified Body



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu je platný len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.