



ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

EC type -approval certificate

SK 12 – 090 Rev. 0 Add. 0

V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 2009/23/ES

In accordance with *Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 2009/23/EC.*

Žiadateľ
Applicant

Graviton, s. r. o.
Široká 4423/2, 05 801 Poprad
Slovensko

Výrobca
Manufacturer

Graviton, s. r. o.
Široká 4423/2, 05 801 Poprad
Slovensko

Druh výrobku
In respect of
Typ
Type

váhy s neautomatickou činnosťou / non-automatic weighing instrument

GV...

Trieda presnosti
Class



Základné parametre
Characteristics

$n \leq$ počet overovacích dielikov uvedený v príslušnom certifikáte o skúške
number of verification scale intervals according to Test certificates involved

Min = 20 e
Max \leq 120 000 kg
e = Max/n

Popis a dokumentácia
Description and documentation

Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole číslo 002/1432/12-090 NAWI, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu výrobku.

The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the final protocol No 002/1432/12-090 NAWI which is an integral part of this EC type - approval certificate.

Použité harmon. normy a normatívne dokumenty
Harmonised standards and normative documents used

EN 45501: 1995

Ďalšie použité dokumenty
Further applied documents

OIML R 76
WELMEC 2.3, WELMEC 2.5

Notifikovaná osoba
Notified Body

1432



Platný do
Valid until

2022-11-30

Vystavený dňa
Date of issue

2012-11-30



Ing. Štefan Král, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu výrobku platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type approval certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.

