



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC - type examination certificate

SK 12 - 082 MI-001

Rev. 0 Add. 0

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended

Žiadateľ

EUROMET Ölçü Aletleri Laboratuvar ve Test Ekipmanları Danışmanlık
İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi C Blok No:84 Yenimahalle
Ankara, Turkey

Issued to (applicant)

Druh meradla

vodomer

In respect of

water meter

Obchodná značka/Typ

AYSU YZK 20S

Trade mark/Type

Základné požiadavky

príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.

Essential requirements

Annex No 1 and Annex MI-001 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.

Použité harmon. normy
a normat. dokumenty

OIML R 49-1 2006
OIML R 49-2 2006
EN 14154-1:2005+A2: 2011

Ďalšie použité dokumenty
Further applied documents

WELMEC 8.11
WELMEC 11.1

Harmonised standards and
normative documents used

Popis a dokumentácia

Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 052/1432/12 MI-001, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej EUROMET_YZK...S_0.

Description and
documentation

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 052/1432/12 MI-001, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder EUROMET_YZK...S_0.

Notifikovaná osoba
Notified Body

1432

Platný do
Valid until

2022-09-14

Vystavený dňa
Date of issue

2012-09-14



Ing. Štefan Král, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
Representative of Notified Body



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.

Slovenská legálna metrologia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

