



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC – Type-examination certificate

Číslo dokumentu:
Document number:

SK 10-MI001-SMU013

Revision 0

V súlade:
In accordance with:

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách
Government Ordinance of the Slovak Republic No. 294/2005 Coll., on measuring instruments, which implemented the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and Council of the March 31, 2004 on measuring instruments

Žiadateľ/Výrobca:
Issued to (Manufacturer):

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60 – 542 Poznań, Poľská republika

Druh meradla:
Type of instrument:

Vodomer / Skrutkový vodomer
Water meter / Woltman water meter

Označenie typu:
Type designation:

MWN 130 (WPH-01-130)

Základné požiadavky:
Essential requirements:

príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.
Annex No. 1 and Annex MI-001 to Government Ordinance of SR No. 294/2005 Coll.

Platnosť do:
Valid until:

28. júla 2020
July 28, 2020

Notifikovaná osoba:
Notified body:

1781

Dátum vydania:
Date of issue:

29. júla 2010
July 29, 2010

Základné charakteristiky, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto certifikátu a pozostáva z 8 strán.
Essential characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms the part of the certificate and it consists of 8 pages.



Dr. Anna Nemečková

osoba oprávnená konať v mene notifikovanej osoby č. 1781
Notified body No. 1781

Poznámka: ES certifikát typu je bez pečiatky a podpisu neplatný. Tento ES certifikát typu môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Rozmnožovať jeho časti je možné len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.

Note: EC-type examination certificate without signature and seal is not valid. This EC-type examination certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Slovak Institute of Metrology.