



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC – Type-examination certificate

Číslo dokumentu:
Document number:

SK 08-MI003-SMU003

Revision 0

V súlade:
In accordance with:

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách
Government Ordinance of the Slovak Republic No. 294/2005 Coll., on measuring instruments, which implemented the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and Council of the March 31, 2004 on measuring instruments

Žiadateľ/Výrobca:
Issued to (Manufacturer):

Applied Meters, a.s.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Druh meradla:
Type of instrument:

Elektromer / trojfázový statický elektromer
Active electrical energy meters / three-phase static electricity meter

Označenie typu:
Type designation:

AMT B1

Základné požiadavky:
Essential requirements:

príloha č. 1 a príloha MI-003 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.
Annex No. 1 and Annex MI-003 to Government Ordinance of SR No. 294/2005 Coll.

Platnosť do:
Valid until:

19. 12. 2018
December 19, 2018

Notifikovaná osoba:
Notified body:

1781

Dátum vydania:
Date of issue:

19. 12. 2008
December 19, 2008

Základné charakteristiky, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto certifikátu. Certifikát vrátane prílohy má spolu 9 strán.

Essential characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the appendix hereto, which forms the part of the certificate. The certificate including the appendix contains 9 pages.




Dr. Anna Nemečková

osoba oprávnená konať v mene notifikovanej osoby č. 1781
Notified body No. 1781

Poznámka: ES certifikát typu je bez pečiatky a podpisu neplatný. Tento ES certifikát typu môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Rozmnožovať jeho časti je možné len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.

Note: EC-type examination certificate without signature and seal are not valid. This EC-type examination certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Slovak Institute of Metrology.