

ES CERTIFIKÁT O ZHODE

Číslo certifikátu: **SK 08 – MI005 - SMU002** Revízia: 0

Vydáva: **Slovenský metrologický ústav - Notifikovaná osoba č. 1781**
Karloveská 63, 842055 Bratislava, Slovenská republika

V súlade: s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/22/ES z 31. marca 2004

Žiadateľ: **Marián Blödy**
Jedlíkova 3, 949 11 Nitra, Slovenská republika

Výrobca: **GEA Diessel GmbH,**
Steven 1, 311 35 Hildesheim, Nemecko

Druh meradla: **Meracia zostava na meranie množstva kvapalín okrem vody**

Označenie typu: **Meracia zostava na plnenie KEG Transomat**
s magneticko - indukčnými prietokmermi DIESSEL IZM SEG1
Trieda presnosti meracej zostavy: 0,5

Predmet posúdenia: **Meracia zostava na plnenie KEG – Transomat, linka č. 1**
s magneticko - indukčnými prietokmermi DIESSEL IZM SEG1,
výrobné čísla:1260 10 7656 a 1260 11 0258

Číslo požiadavky: **NO-005/07**


Počet strán: **1**

Dátum vystavenia: **09. 06. 2008**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, príloha č. I a príloha č. MI-005.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného výrobku s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. sú uvedené v protokole č. 5329/230/141/08 zo dňa 05. 06. 2008.




RNDr. Anna Nemečková
osoba oprávnená konať v mene
notifikovanej osoby č. 1781

Poznámka:

ES certifikát o zhode je bez pečiatky a podpisu neplatný. Tento ES certifikát o zhode môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Rozmnožovať jeho časti je možné len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.