



ES CERTIFIKÁT O ZHODE

EC – CERTIFICATE OF CONFORMITY

Číslo dokumentu:
Document number:

SK 14-MI005-SMU011

Revízia: 0

V súlade s:
In accordance with:

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z. z., ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/22/ES v znení smernice 2009/137/ES *Government Ordinance of the Slovak Republic No. 294/2005 Coll., on measuring instruments as amended by Government Ordinance No. 445/2010 Coll. which implemented the Directive 2004/22/EC on measuring instruments as amended by Directive 2009/137/EC of the European Parliament and Council*

Žiadateľ :
Applicant:

INTECH CONTROL spol. s r.o.,
820 03, Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
Manufacturer:

INTECH CONTROL spol. s r.o.,
820 03, Bratislava, Slovenská republika

Druh meradla:
Type of instrument:

Meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody (MI-005)

Označenie typu:
Type designation:

Meracia trať na príjem a výdaj PHM do/z AC

Predmet posúdenia:
Subject assessment:

Meracia trať na príjem a výdaj PHM do/z AC, s hmotnostným prietokomerom E+H Promass 84F-80. Meracia trať MT-4. Médium: nafta motorová a metylester repky olejnej Prietok do 1200 dm³/min. Trieda presnosti meracej zostavy: 0,5. Výrobné číslo: IC- 04 - 2013

Notifikovaná osoba:
Notified body:

Slovenský metrologický ústav 1781
Slovak Institute of Metrology 1781

Číslo požiadavky:
Reference No.:

NO- 222/13

Počet strán:
Number of pages:

2

Dátum vydania:
Date of issue:

20. január 2014
January 20, 2014




Ing. Emanuel Godál
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Poznámka: ES certifikát o zhode je bez pečiatky a podpisu neplatný. Tento ES certifikát typu môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. Rozmnožovať jeho časti je možné len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.
Note: EC Certificate of conformity without signature and seal is not valid. This EC-type examination certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Slovak Institute of Metrology.