



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC - type examination certificate

SK 11 - 071 MI-001

Rev. 0

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradiach v znení nariadenia vlády č. 445/2010 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradiach v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended

Žiadateľ

Issued to (applicant)

Elektromed A.Ş.

OSB.Büyük Selçuklu Bulvarı Uygurlar Caddesi No:4
Sincan Ankara, Turkey

Druh meradia

In respect of

Typ

Type

vodomer

water meter

ALFASU VE20VB05C, ALFASU VE20VB05D

Základné požiadavky

Essential requirements

príloha č. 1 a príloha MI-001 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.

Annex No 1 and Annex MI-001 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.

Použité harmon. normy
a normat. dokumenty

Harmonised standards and
normative documents used

OIML R 49-1 2006

OIML R 49-2 2004

EN 14154-1: 2005, A1:2007

Dalšie použité dokumenty

Further applied documents

WELMEC 8.11

WELMEC 11.1

Popis a dokumentácia

Description and
documentation

Základné parametre, popis meradia a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 083/1432/11 MI-001, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej Elektromed_VE_00.

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 083/1432/11 MI-001, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Elektromed_VE_00.

Platný do
Valid until


2021-10-27

Notifikovaná osoba
Notified Body

1432

Vystavený dňa
Date of issue

2011-10-27



Ing. Ivan Chren
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Ak sa na meradio vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradia, ES certifikát typu plati len za predpokladu zhody meradia s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.