



# ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

## EC type -approval certificate

SK 04 – 017 Rev. 4 Add. 4

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 2009/23/ES.

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 2009/23/EC.

Žiadateľ  
Applicant

TENZONA Bratislava s.r.o.  
Bojnická 3  
831 04 Bratislava  
Slovakia

Výrobca  
Manufacturer

TENZONA Bratislava s.r.o.  
Bojnická 3  
831 04 Bratislava  
Slovakia

Druh výrobku  
In respect of

váhy s neautomatickou činnosťou / non-automatic weighing instrument  
elektronické, s jedným rozsahom, s deleným rozsahom, viacrozsahové  
electronic, single-interval, multi-interval, multiple-range  
TEN...

Typ  
Type

Trieda presnosti III alebo / or IIII  
Accuracy class

Základné parametre  
Characteristics

$n \leq 6000$  dielikov / divisions  $n_i \leq 3000$  dielikov / divisions  
number of verification scale intervals according to test certificates involved  
 $1 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 150 \text{ t}$   
 $0,5 \text{ g} \leq e \leq 100 \text{ kg}$

Popis a dokumentácia

Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole číslo 003/1432/13-017 NAWI, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu výrobku.

Description and documentation

The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the final protocol No 003/1432/13-017 NAWI which is an integral part of this EC type - approval certificate.

Použité harmon. normy a normatívne dokumenty  
Harmonised standards and normative documents used

STN EN 45501: 1995

Ďalšie použité dokumenty  
Further applied documents

OIML R 76

WELMEC 2.3, WELMEC 2.5

Notifikovaná osoba  
Notified Body

1432

Platný do  
Valid until

2016-07-10

Vystavený dňa  
Date of issue

2013-07-01



Ing. Štefan Kral, PhD.  
zástupca notifikovanej osoby  
representative of notified body



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty, tento certifikát typu výrobku platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.  
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type approval certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.