ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

EC type-approval certificate

SK 04 – 017 Rev. 4 Add. 5

V súlade s *In accordance with*	nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 2009/23/ES. *Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 2009/23/EC.*
Žiadateľ *Applicant*	TENZONA Bratislava, s. r. o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava Slovensko
Výrobca *Manufacturer*	TENZONA Bratislava, s. r. o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava Slovensko
Druh výrobku *In respect of*	váhy s neautomatickou činnosťou / *non-automatic weighing instrument* elektronické, s jedným rozsahom, s deleným rozsahom, viacrozsahové *electronic, single-interval, multi-interval, multiple-range*
Typ *Type*	**TEN...**
	Trieda presnosti (III) alebo / *or* (IIII) *Accuracy class*
Základné parametre *Characteristics*	$n \leq 6000$ dielikov / *divisions* $n_i \leq 3000$ dielikov / *divisions* *number of verification scale intervals according to test certificates involved* 1 kg ≤ Max ≤ 150 t 0,5 g ≤ e ≤ 100 kg
Popis a dokumentácia *Description and documentation*	Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole č. 002/1432/14-017 NAWI (4 strany), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu výrobku. Všetky skúšobné protokoly, výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej TENZONA_TEN_00. *The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the Final protocol 002/1432/14-017 NAWI (4 pages) which is an integral part of this EC type - approval certificate. The test reports, designs, schematic diagrams and documentation used during certification process are recorded under reference folder TENZONA_TEN _00.*
Použité harmon. normy a normatívne dokumenty *Harmonised standards and normative documents used*	STN EN 45501: 1995
Ďalšie použité dokumenty *Further applied documents*	WELMEC 2.1, WELMEC 2.3 WELMEC 2.5
Notifikovaná osoba *Notified Body*	1432
Platný do *Valid until*	2016-07-10
Vystavený dňa *Date of issue*	2014-07-04

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SLM 1432

SNAS
Reg. No. 058/P-017

Ing. Jaromír Markovič, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu výrobku platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type approval certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.