



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03038/2024-900/009232/2024 zo dňa 24. 06. 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – tachografov (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 15. 05. 2024 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

AUTOSERVIS CHLADTRANS, s. r. o.

Sereďská 249, 917 05 Trnava, IČO: 53 471 598

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – tachografov v nasledujúcom rozsahu:

1. **Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:**

2. **Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:**

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	AUTOSERVIS CHLADTRANS, s. r. o. pracovisko Trnava	Sereďská 249, 917 05 Trnava	M16

3. **Príručka kvality** metrologického pracoviska na výkon overovania tachografov spoločnosti AUTOSERVIS CHLADTRANS, s. r. o., Sereďská 249, 917 05 Trnava, vydanie č. 1, dátum vydania: 13. 05. 2024, je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje **overovacia značka M s evidenčným číslom 16**, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a § 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (položka prílohy č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tachograf (pol.: 2.2.2)	digitálny: dĺžka: do 1000 m rýchlosť: do 250 km/h čas: do 24 h	dĺžka: 0,64 % rýchlosť: 0,28 km/h čas: 0,33 s/24 h	Priame porovnanie s etalónom	Pracovný postup PP - Tachograf Príloha č. 35 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Digitálne tachografy GEN1, GEN2

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrologii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrologii.

Odôvodnenie:

Dňa 15. 05. 2024 bola úradu doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 1072/2024. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii poveril listom č. UNMS/03038/2024-900/007731/2024 zo dňa 27. 05. 2024 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/03038/2024-900/007730/2024 zo dňa 27. 05. 2024 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 11. 06. 2024 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 088/300/162/24/AT zo dňa 11. 06. 2024 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrologii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrologii.

Dňa 21. 06. 2024 bol úradu od SMÚ doručený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 088/300/162/24/AT zo dňa 20. 06. 2024 (ďalej len „záznam“), ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/03038/2024-900/009212/2024. Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrologii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii *úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.*

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrologii *kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých*

autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu, dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)