

Rozsah autorizácie spoločnosti Bara & Bara s.r.o.

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z.)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tachograf (pol. 2.2.2)	analógový: dĺžka: do 1000 m rýchlosť: do 180 km/h čas: do 24 h digitálny: dĺžka: do 1000 m rýchlosť: do 250 km/h čas: do 24 h	dĺžka: 0,64 % rýchlosť: 0,37 km/h čas: 0,28 s/24 h dĺžka: 0,64 % rýchlosť: 0,28 km/h čas: 0,28 s/24 h	Priame porovnanie s etalónom	Pracovný postup PP - Tachograf Príloha č. 35 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z.)	Analógové tachografy Digitálne tachografy GEN1, GEN2