

Rozsah autorizácie spoločnosti BFS metrology s.r.o.

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou (pol. 1.3.3)	Prietok v rozsahu rýchlosti prúdenia (0,08 až 2,2) m/s	2,1 % z hodnoty prietoku	Nepriame porovnanie rýchlostnou metódou	PP-BFSm-02 Príloha č. 11 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Médium: studená voda
		Pretečený objem v rozsahu prietoku (0,5 až 20) L/s	1,3 %	Priame porovnanie s etalónom prietoku		
2	Objemové meradlo na lieh (pol. 1.3.9)	Pretečený objem v rozsahu prietoku (0,2 až 20) L/min	0,07 %	Priame porovnanie s etalónom prietoku	PP-BFSm-01 Príloha č. 18 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Médium: lieh