

## Rozsah autorizácie spoločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

### Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota $U$ ( $k = 2$ )	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7 (pol. 2.1.4)	pre váhy II triedy presnosti 0,15 kg až 35 kg	$5,34 \cdot 10^{-6} \cdot m$	Priame porovnanie s etalónom hmotnosti	Pracovný postup PP-AO-SK-01	Overovanie na pracovisku alebo u zákazníka
		pre váhy III triedy presnosti 0,3 kg až 300 kg	$1,67 \cdot 10^{-5} \cdot m$		Príloha č. 30 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	
2	Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace (pol. 2.1.12)	pre váhy III triedy presnosti 0,3 kg až 30 kg	$5,34 \cdot 10^{-6} \cdot m$	Priame porovnanie s etalónom hmotnosti alebo referenčnou hmotnosťou	Pracovný postup PP-AO-SK-02	Overovanie na mieste u zákazníka
		pre váhy III a IIII triedy presnosti 1 kg až 200 kg	$1,67 \cdot 10^{-5} \cdot m$		Príloha č. 32 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	

Poznámky, vysvetlivky:  
m – hmotnosť