



ROZHODNUTIE

č. UNMS/00939/2020-900/004089/2020 zo dňa 23. 03. 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaných na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly a momentových kľúčov (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 30. 01. 2020 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

DEKRA Slovensko s.r.o.

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31 324 797

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel v nasledujúcom rozsahu:

1. **Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:**

2. **Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:**

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska
1.	DEKRA Slovensko s.r.o. Metrologické laboratórium Nitra	Štúrova 149, 949 01 Nitra

3. **Príručka kvality** pre metrologické laboratórium spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava (Metrologické laboratórium, Štúrova 149, 949 01 Nitra), vydanie č. 2, zmena č. 1, dátum vydania: 25. 09. 2019, dátum zmeny č. 1: 06. 03. 2020 (ďalej len „príručka kvality“) je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje **overovacia značka M s evidenčným číslom 33**, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 k vyhláske č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaný na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly (pol.: 2.3.1)	(0 až 20) bar	0,03 bar	Priame porovnanie s etalónom tlaku	PP-01/T	Overovanie v laboratóriu alebo u zákazníka
2	Momentový kľúč (pol.: 2.4.6)	(2 až 100) N.m	1,2 % z meranej hodnoty	Priame porovnanie s etalónom momentu	PP-02/M	Overovanie v laboratóriu
		(25 až 1 100) N.m	1 % z meranej hodnoty			

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.

Odôvodnenie:

Dňa 30. 01. 2020 bola na úrad doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 790/2020. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov. Následne úrad podľa § 34 ods. 1 zákona o metrológii poveril listom č. UNMS/00939/2020-900/001904/2020 zo dňa 11. 02. 2020 Slovenskú legálnu metrológiu, n. o. (ďalej len „SLM“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a upovedomil listom č. UNMS/00939/2020-900/001902/2020 zo dňa 07. 02. 2020 autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 05. 03. 2020 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená správa o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek č. A – 01/30-02/20 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 4 zákona o metrológii vyhotovený protokol o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole boli zistené formálne nedostatky v dokumentácii autorizovanej osoby, ktoré mali byť po dohode s kontrolnou skupinou v určenej lehote odstránené. Následne dňa 10. 03. 2020 autorizovaná osoba predložila dokumenty preukazujúce odstránenie formálnych nedostatkov a na základe toho bol vyhotovený zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov splnenia autorizačných požiadaviek č. AF – 01/30-02/20 (ďalej len „zápis“).

Dňa 10. 03. 2020 bol na úrad od SLM doručený protokol o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek (formálne nedostatky) č. AP – 01/30-02/20 (ďalej len „protokol“) spolu so zápisom, ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/00939/2020-900/003893/2020. Z protokolu a zápisu vyplýva, že počas kontroly boli zistené formálne nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek, ktoré boli v určenej lehote odstránené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu