

Rozsah autorizácie spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o.

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 k vyhláske č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaný na čerpacích staniách pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniách technickej kontroly (pol.: 2.3.1)	(0 až 20) bar	0,03 bar	Priame porovnanie s etalónom tlaku	PP-01/T	Overovanie v laboratóriu alebo u zákazníka
2	Momentový kľúč (pol.: 2.4.6)	(2 až 100) N.m	1,2 % z meranej hodnoty	Priame porovnanie s etalónom momentu	PP-02/M	Overovanie v laboratóriu
		(25 až 1 100) N.m	1 % z meranej hodnoty			