



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03078/2026-900/010761/2026 zo dňa 24. 08. 2026

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – tachografov (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 19. 06. 2026 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

Easy Check, s.r.o.

Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 44 466 587

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – tachografov v nasledujúcom rozsahu:

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	Easy Check, s.r.o. pracovisko Trnava	Technická ulica 5883/1, 917 01 Trnava	M07

3. Príručka kvality metrologického pracoviska na výkon overovania tachografov spoločnosti Easy Check, s.r.o., Miletičova 5B, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, vydanie č. 1, dátum vydania: 17. 06. 2026, je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje **overovacia značka M s evidenčným číslom 07**, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a § 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tachograf (pol.: 2.2.2)	elektronický: dĺžka: do 1000 m rýchlosť: do 180 km/h čas: do 24 h	dĺžka: 0,64 % rýchlosť: 0,37 km/h čas: 0,33 s/24 h	Priame porovnanie s etalónom	Pracovný postup PP - Tachograf	Elektronické tachografy
		digitálny: dĺžka: do 1000 m rýchlosť: do 250 km/h čas: do 24 h	dĺžka: 0,64 % rýchlosť: 0,28 km/h čas: 0,33 s/24 h		Príloha č. 35 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Digitálne tachografy GEN1, GEN2

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.

Odôvodnenie:

Dňa 19. 06. 2026 bola úradu doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 1169/2026. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii poveril listom č. UNMS/03078/2026-900/007996/2026 zo dňa 22. 06. 2026 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/03078/2026-900/007994/2026 zo dňa 22. 06. 2026 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 02. 07. 2026 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť o prerušenie konania z dôvodu, že v určenom termíne kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnancov žiadateľa o autorizáciu, ktorých prítomnosť je nevyhnutná. Úrad žiadosť o prerušenie konania zaevidoval pod evidenčným číslom UNMS/03078/2026-900/008460/2026. Na základe uvedeného úrad po posúdení žiadosti o prerušenie konania vydal dňa Rozhodnutie č. UNMS/03078/2026-900/008498/2026 zo dňa 03. 07. 2026, ktorým prerušil konanie o autorizácii vo veci žiadosti o autorizácii na dobu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia z dôvodu.

Dňa 10. 08. 2026 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 106/300/162/26/AT zo dňa 10. 08. 2026 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Dňa 21. 08. 2026 bol úradu od SMÚ doručený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 106/300/162/26/AT zo dňa 20. 08. 2026 (ďalej len „záznam“), ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/03078/2026-900/010722/2026. Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrológii kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu, dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Peter Kadlec
predseda
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)