



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03856/2023-900/015210/2023 zo dňa 23. 10. 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – bytových vodomero, vodomero a meračov tepla a ich členov (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 22. 09. 2023 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – bytových vodomero, vodomero a meračov tepla a ich členov v nasledujúcom rozsahu:

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	ENBRA SLOVAKIA s.r.o. pracovisko Banská Bystrica	Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica	M23

3. Príručka kvality metrologického pracoviska na výkon overovania bytových vodomero, vodomero a meračov tepla a ich členov spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica, vydanie č. 1, dátum vydania: 01. 09. 2023 je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje overovacia značka M s evidenčným číslom 23, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a § 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradielach a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Bytový vodoměr na studenú vodu (pol. 1.3.1 a)) Vodoměr na studenú vodu (pol. 1.3.2 a))	(0,006 až 30) m ³ /h	pre Q do 0,1 m ³ /h $U = 0,70 \%$ pre Q (0,1 až 1) m ³ /h $U = 0,40 \%$ pre Q (1 až 30) m ³ /h $U = 0,30 \%$	Hmotnostná metóda s pevným štartom s letným štartom Objemová metóda s referenčným prietokomerom s letným a pevným štartom	PP-V-01, PP-V-MID-01	Médium: studená voda
2	Bytový vodoměr na teplú vodu (pol. 1.3.1 b)) Vodoměr na teplú vodu (pol. 1.3.2 b))	(0,006 až 30) m ³ /h	pre Q do 0,1 m ³ /h $U = 0,80 \%$ pre Q (0,1 až 1) m ³ /h $U = 0,50 \%$ pre Q (1 až 30) m ³ /h $U = 0,33 \%$	Hmotnostná metóda s pevným štartom s letným štartom Objemová metóda s referenčným prietokomerom s letným a pevným štartom	PP-V-01, PP-V-MID-01	Médium: teplá voda do 60 °C, studená voda
3	Prietokomer – člen merača tepla (pol. 3.5 b))	(0,006 až 30) m ³ /h	pre Q do 0,1 m ³ /h $U = 0,80 \%$ pre Q (0,1 až 1) m ³ /h $U = 0,50 \%$ pre Q (1 až 30) m ³ /h $U = 0,33 \%$	Hmotnostná metóda s pevným štartom s letným štartom Objemová metóda s referenčným prietokomerom s letným a pevným štartom	PP-V-01, PP-V-MID-01	Médium: teplá voda do 60 °C, studená voda
4	Odporový snímač teploty - člen merača tepla (pol. 3.1.5 c))	(0 až 40) °C (40 až 80) °C (80 až 100) °C (100 až 160) °C	0,046 °C 0,043 °C 0,040 °C 0,040 °C	Priame porovnanie s etalónovým odporovým snímačom teploty	PP-OST-01, PP-OST-MID-01	Médium: olej / voda
5	Kalorimetrické počítadlo elektronické - člen merača tepla (pol. 3.1.5 d))	Teplotný rozdiel (2 až 180) °C	0,19 % pri Δt_{min} 0,14 % pri $\Delta t = 10$ °C 0,14 % pri $\Delta t = 20$ °C 0,06 % pri Δt_{max}	Metóda simulácie vstupných signálov z prietokomera a snímačov teploty	PP-KP-01, PP-KP-MID-01	
6	Kompaktný merač tepla (pol. 3.1.5 a))	Teplotný rozdiel (2 až 150) °C	1,3 % pre Δt_{min} 0,26 % pre $\Delta t = (10$ až $20)$ °C 0,24 % pre Δt_{max}	Metóda simulácie vstupných signálov z prietokomera a porovnávací metóda s etalónovými snímačmi teploty	PP-KP-01, PP-KP-MID-01	Médium: olej / voda
7	Kompaktný merač tepla – prietokomer (pol. 3.1.5 a))	(0,006 až 2,5) m ³ /h	pre Q do 0,1 m ³ /h $U = 0,80 \%$ pre Q (0,1 až 1) m ³ /h $U = 0,50 \%$ pre Q nad 1 m ³ /h $U = 0,33 \%$	Hmotnostná metóda s pevným štartom s letným štartom Objemová metóda s referenčným prietokomerom s letným a pevným štartom	PP-V-01, PP-V-MID-01	Médium: teplá voda do 60 °C, studená voda

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrologii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrologii.

Odôvodnenie:

Dňa 22. 09. 2023 bola úradu doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 1016/2023. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii poveril listom č. UNMS/03856/2023-900/013766/2023 zo dňa 26. 09. 2023 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/03856/2023-900/013737/2023 zo dňa 26. 09. 2023 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 03. 10. 2023 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 069/300/142/23/AT zo dňa 03. 10. 2023 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrologii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrologii.

Dňa 17. 10. 2023 bol úradu od SMÚ doručený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 069/300/142/23/AT zo dňa 13. 10. 2023 (ďalej len „záznam“), ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/03005/2023-900/010056/2023. Následne dňa 11. 07. 2023 bol úradu od SMÚ doručený opravený záznam, ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/03856/2023-900/015050/2023. Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrologii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii *úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.*

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrologii *kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.*

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrologii *výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.*

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrologii *kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.*

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrologii *úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.*

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)