



ROZHODNUTIE

č. UNMS/02487/2024-900/004374/2024 zo dňa 18. 03. 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii

zrušuje pozastavenie

autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. UNMS/02251/2024-900/003260/2024 zo dňa 26. 02. 2024 autorizovanej osobe

Homola spol. s r.o.

Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava, nakoľko odpadol dôvod pozastavenia autorizácie podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii tým, že autorizovaná osoba na základe úspešných výsledkov medzilaboratórneho porovnávacieho merania v oblasti overovania momentových kľúčov preukázala spôsobilosť vykonávať overovanie momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava v rozsahu udelenej autorizácie na výkon overovania určených meradiel.

Odôvodnenie:

Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“) na základe požiadavky úradu organizovala od augusta 2023 medzilaboratórne porovnávacie meranie MLPM UNMS 02/22-1 (ďalej len „MLPM UNMS 02/22-1“), ktorého sa autorizovaná osoba zúčastnila v zmysle výzvy úradu č. UNMS/03709/2023-900/012830/2023 zo dňa 05. 09. 2023. Autorizovaná osoba vykonala merania v rámci MLPM UNMS 02/23-1 na pracovisku č. 1 Bratislava dňa 05. 12. 2023.

Dňa 22. 02. 2024 SLM doručila úradu „Záverečnú správu z medzilaboratórneho porovnávacieho merania UNMS 02/22-1 Kalibrácia momentového kľúča“ (ďalej len „Záverečná správa z MLPM UNMS 02/22-1“). Záverečná správa z MLPM UNMS 02/22-1 bola zaevidovaná pod evidenčným číslom UNMS/02233/2024-900/003175/2024.

Zo Záverečnej správy z MLPM UNMS 02/22-1 vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/22-1 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. Kritériom vyhodnotenia výsledkov v medzilaboratórnom porovnávacom meraní bola normalizovaná odchýlka E_n , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami medzilaboratórneho porovnávacieho merania a Záverečnou správou z MLPM UNMS 02/22-1 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí $|E_n| \leq 1$ a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí $|E_n| > 1$. Ustanoveným kritériám nevyhoveli merania vo všetkých predpísaných bodoch, vykonané autorizovanou osobou.

Na základe uvedených skutočností úrad Rozhodnutím č. UNMS/02251/2024-900/003260/2024 zo dňa 26. 02. 2024 pozastavil autorizovanej osobe autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava.

Dňa 15. 03. 2024 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava (ďalej len „žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie“). Predmetom žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie bolo zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava, ktorá bola pozastavená Rozhodnutím č. UNMS/02251/2024-900/003260/2024 zo dňa 26. 02. 2024. Úrad žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie zaevidoval pod evidenčným číslom 1061/2024.

Prílohou k žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie bola Záverečná správa z medzilaboratorneho porovnávacieho merania K 03/24 zo dňa 14. 03. 2024 (ďalej len „Záverečná správa z MLPM K 03/24“), ktorého organizátorom bola SLM. Zo Záverečnej správy z MLPM K 03/24 vyplýva, že autorizovaná osoba úspešne absolvovala porovnávacie meranie, a tým odpadol dôvod, na základe ktorého bola autorizovanej osobe pozastavená autorizácia na výkon overovania momentových kľúčov na pracovisku č. 1 Bratislava.

Podľa § 4 písm. d) zákona o metrologii *úrad rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb.*

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrologii úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, a to najviac na 120 dní, *ak sa autorizovaná osoba nezúčastní medzilaboratorneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona o metrologii alebo jej výsledky v medzilaboratornom porovnaní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.*

Podľa § 38 ods. 4 zákona o metrologii *úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie.*

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o zrušenie pozastavenia autorizácie, dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o zrušenie pozastavenia autorizácie a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)