



ROZHODNUTIE

č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 31 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 31 ods. 2 písm. e) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu doručenej dňa 25. 10. 2017 a na základe preverenia splnenia podmienok autorizácie podľa § 23 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 24 ods. 1 zákona o metrológii

autorizuje

Homola spol. s r. o.

Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921

na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 18. 12. 2022 na výkon overovania určených meradiel uvedených v prílohe k rozhodnutiu č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je súčasťou výroku.

Autorizovanej osobe sa pridružuje overovacia značka **M** s evidenčným číslom **69**, na používanie ktorej sa vzťahujú § 15 a § 18 zákona o metrológii a § 9 vyhlášky úradu č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať podmienky autorizácie, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 25 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii a ustanovenými v prílohe tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu

Príloha

k rozhodnutiu č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017 na výkon overovania určených meradiel

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

2. Zoznam pracovísk vykonávajúcich overovanie a overovacia značka pracoviska

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	Homola spol. s r. o., Bratislava pracovisko Bratislava	Krajná 49 821 04 Bratislava	M69 - 01
2	Homola spol. s r. o., Bratislava pracovisko Ružomberok	Korytnická 34 034 03 Ružomberok	M69 - 02
3	Homola spol. s r. o., Bratislava pracovisko Košice	Rampová 4 040 01 Košice	M69 - 03

3. Príručka kvality kalibračného laboratória spoločnosti Homola spol. s r. o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava v oblasti overovania neinvazívnych meradiel tlaku krvi mechanických a elektromechanických, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel, momentových kľúčov a analyzátorov výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom, vydanie č. 1, dátum vydania: 22. 09. 2017 (ďalej len „príručka kvality“) je záväznou riadiacou normou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska (ďalej len „AMP“).

4. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných meradiel (Položka prílohy č. 1 k vyhláške)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U (k=2)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1.	Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (pol. 2.3.3)	(0 až 20) bar	0,02 bar	Priame porovnanie	PP-01-02 Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel	v laboratóriu a u zákazníka
2.	Momentové kľúče (pol. 2.4.6)	(1 až 10) N·m	0,67 %	Priame porovnanie	PP-90-02 Momentové kľúče	v laboratóriu
		(10 až 100) N·m	0,44 %			
		(100 až 1000) N·m	0,50 %			
		(0,2 až 1) N·m	1,5 %			
		(1 až 10) N·m	0,86 %			
		(10 až 400) N·m	0,94 %			
		(400 až 1500) N·m	0,92 %			
		(1 až 10) N·m	1,5 %			
		(10 až 100) N·m	0,64 %			
(100 až 1100) N·m	0,70 %					

3.	Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom (pol. 7.5.1)	CO (0,5 až 3,5) % obj.	0,018 % obj.	Priame meranie	PP-19-01 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom	v laboratóriu a u zákazníka
		CO ₂ (6 až 14) % obj.	0,14 % obj.			
		HC (85 až 1150).10 ⁻⁶ % obj.	6.10 ⁻⁶ % obj.			
4.	Neinvazívne meradlá tlaku krvi mechanické a elektromechanické (pol. 2.3.1)	(0 až 300) mm Hg	0,6 mm Hg	Priame porovnanie	PP-01-03 Neinvazívne meradlá tlaku krvi mechanické a elektromechanické	v laboratóriu a u zákazníka

5. Ďalšie povinnosti autorizovanej osoby

- 5.1 Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby zodpovedá za všetky činnosti AMP súvisiace s výkonom činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. Zabezpečuje, aby overovanie meradiel bolo vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a normatívnymi dokumentmi, meradlo bolo označené overovacími a zabezpečovacími značkami a aby doklad o overení obsahoval všetky náležitosti.
- 5.2 Oprávnení zamestnanci autorizovanej osoby podieľajúci sa na metrologických činnostiach AMP sú zodpovední za správne vykonávanie overovania a sú povinní riadiť sa príručkou kvality.
- 5.3 Zhotovenie overovacej značky a pečiatky AMP si autorizovaná osoba zabezpečí na svoje náklady sama a vzor odtlačku pečiatky a overovacej značky bezodkladne predloží na odbor metrológie úradu. Požiadavky na tvar a obsah pečiatky sú uvedené v bode 8.3.2 metodického postupu MP 9: 2017 Autorizácia na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania, ktorý vydal úrad.

6. Informačné povinnosti autorizovanej osoby

- 6.1 AMP je povinné zasielať úradu správu o činnosti v termíne do 15. februára kalendárneho roku s údajmi za predchádzajúci rok podľa osnovy, ktorá je uverejňovaná na webovom sídle úradu.
- 6.2 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o zrušení alebo pozastavení platnosti osvedčenia o akreditácii bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení resp. pozastavení osvedčenia o akreditácii.
- 6.3 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o kontrolách vykonaných Slovenským metrologickým inšpektorátom (ďalej len „SMI“) a o dohladoch Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“) bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa vykonanej kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum kontroly alebo dohľadu, vykonávateľ kontroly alebo dohľadu, predmet kontroly alebo dohľadu.
- 6.4 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o výsledkoch kontrol vykonaných SMI a o výsledkoch dohľadov vykonaných SNAS bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum kontroly alebo dohľadu, vykonávateľ kontroly alebo dohľadu, predmet kontroly alebo dohľadu, výsledok kontroly alebo dohľadu.
- 6.5 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o účasti na porovnávacích meraniach bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa vykonania

porovnávacieho merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum porovnávacieho merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania.

- 6.6 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o výsledku vykonaných porovnávacích meraní bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa doručenia vyhodnotenia porovnávacieho merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum porovnávacieho merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania, výsledok porovnávacieho merania.