



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/02251/2024-900/003260/2024 zo dňa 26. 02. 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii

### pozastavuje

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02772/2020-900/009289/2020 zo dňa 30. 07. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/04386/2022-900/015866/2022 zo dňa 19. 10. 2022 v znení Rozhodnutia č. UNMS/04407/2022-900/018041/2022 zo dňa 21. 11. 2022 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01528/2024-900/002082/2024 zo dňa 08. 02. 2024 **na dobu 120 dní od doručenia tohto rozhodnutia** autorizovanej osobe

### Homola spol. s r.o.

Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – momentových kľúčov, na pracovisku č. 1 Bratislava z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní UNMS 02/22-1 „*Kalibrácia momentového kľúča*“ (ďalej len „MLPM UNMS 02/22-1“) nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov ustanovených požiadavkami na normalizovanú odchýlku  $E_n$ .

#### Odôvodnenie:

Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“) na základe požiadavky úradu organizovala od augusta 2023 MLPM UNMS 02/22-1, ktorého sa autorizovaná osoba zúčastnila v zmysle výzvy úradu č. UNMS/03709/2023-900/012830/2023 zo dňa 05. 09. 2023. Autorizovaná osoba vykonala merania v rámci MLPM UNMS 02/23-1 na pracovisku č. 1 Bratislava dňa 05. 12. 2023.

Dňa 22. 02. 2024 SLM doručila úradu „Záverečnú správu z medzilaboratórneho porovnávacieho merania UNMS 02/22-1 Kalibrácia momentového kľúča“ (ďalej len „Záverečná správa z MLPM UNMS 02/22-1“). Záverečná správa z MLPM UNMS 02/22-1 bola zaevidovaná pod evidenčným číslom UNMS/02233/2024-900/003175/2024.

Zo Záverečnej správy z MLPM UNMS 02/22-1 vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/22-1 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. Kritériom vyhodnotenia výsledkov v medzilaboratórnom porovnávacom meraní bola normalizovaná odchýlka  $E_n$ , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami medzilaboratórneho porovnávacieho merania a Záverečnou správou z MLPM UNMS 02/22-1 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí  $|E_n| \leq 1$  a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí  $|E_n| > 1$ . Ustanoveným kritériám nevyhoveli merania vo všetkých predpísaných bodoch, vykonané autorizovanou osobou.

Podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii úrad rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb.

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, a to najviac na 120 dní, ak sa autorizovaná osoba nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona o metrológii alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnaní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Podľa § 38 ods. 3 zákona o metrológii v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania.

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so Záverečnou správou z MLPM UNMS 02/22-1, zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/22-1 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok.

Ing. Pavol Pavlis  
predsedu úradu  
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)