

## Rozsah autorizácie spoločnosti HYMES MK, s.r.o.

### Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota $U$ ( $k = 2$ )	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou  (pol. 1.3.3)	(0 až 3 000) l/s	(2 až 3,5) %	Nepriame porovnanie – metóda rýchlostného profilu	Pracovný postup D-06-MK  Príloha č. 11 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie u zákazníka
		(0 až 2) l/s		Priame porovnanie – objemová metóda		