

## Rozsah autorizácie spoločnosti HYMES MK, s.r.o.

### Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných meradiel  (Položka prílohy č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U (z nameranej hodnoty prietoku)  (k=2)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh/Princíp	Dokumentácia	
1.	Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladinou  (pol.: 1.3.3)	(0 až 3000) L/s	2% pre $Q_{min} \leq Q < Q_t$ 1% pre $Q_t \leq Q < Q_{max}$	Nepriame porovnanie – metóda rýchlostného profilu	D-06-MK - Pracovný postup na kalibráciu a overenie meračov pretečeného objemu vody s voľnou hladinou	Overovanie na mieste inštalácie meradla
		(0 až 2) L/s	2% pre $Q_{min} \leq Q < Q_t$	Priame porovnanie – objemová metóda		