



ROZHODNUTIE

č. UNMS/02260/2022-900/006125/2022 zo dňa 12. 04. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii

zrušuje pozastavenie

autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. UNMS/02260/2022-900/004657/2022 zo dňa 21. 03. 2022 autorizovanej osobe

MENERT spol. s r.o.

Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17 330 165

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – vodomeroch (položka 1.3.2 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole) na pracovisku č. 2 Stará Turá, nakoľko odpadol dôvod pozastavenia autorizácie podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii - autorizovaná osoba preukázala spôsobilosť na vykonávanie overovania určených meradiel, ktoré sú predmetom pozastavenia autorizácie.

Odôvodnenie:

Autorizovaná osoba sa od októbra roku 2020 zúčastnila medzilaboratórneho porovnávacieho merania MLPM UNMS 02/19 „Kalibrácia vodomera“ (ďalej len „MLPM UNMS 02/19“) organizovaného na základe požiadavky úradu Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“). Dňa 16. 03. 2022 SLM doručila na úrad Správu z MLPM UNMS 02/19 (ďalej len „správa z MLPM UNMS 02/19“). Zo správy z MLPM UNMS 02/19 vyplývalo, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/19 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Kritériom vyhodnotenia výsledkov v MLPM UNMS 02/19 bola normalizovaná odchýlka E_n , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami MLPM UNMS 02/19 a správou z MLPM UNMS 02/19 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí $|E_n| < 1$ a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí $|E_n| \geq 1$.

Ustanoveným kritériám nevyhovelo meranie normalizovanej odchýlky E_n meradla č. 3 „Promag P 300 DN 150“ v predpísaných bodoch merania $Q = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ a $Q = 180 \text{ m}^3/\text{h}$ vykonané autorizovanou osobou na pracovisku č. 2 Stará Turá.

Následne na základe správy z MLPM UNMS 02/19 úrad Rozhodnutím č. UNMS/02260/2022-900/004657/2022 zo dňa 21. 03. 2022 pozastavil autorizovanej osobe autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. UNMS/01679/2019-900/006842/2019 zo dňa 19. 06. 2019 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01241/2020-900/003572/2020 zo dňa 05. 03. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03008/2021-900/008749/2021 zo dňa 10. 06. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01079/2022-900/000818/2022 zo dňa 19. 01. 2022 na dobu 120 dní z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby na pracovisku č. 2 Stará Turá nevyhoveli v MLPM UNMS 02/19 požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Dňa 04. 04. 2022 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania vodomerov (ďalej len „žiadosť“). Predmetom žiadosti bolo zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania určených meradiel – vodomerov (položka 1.3.2 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradiách a metrologickej kontrole) na pracovisku č. 2 Stará Turá, ktorá bola pozastavená Rozhodnutím č. UNMS/02260/2022-900/004657/2022 zo dňa 21. 03. 2022.

Úrad listom č. UNMS/02260/2022-900/005829/2022 zo dňa 04. 04. 2022 v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie a zároveň oznámil autorizovanej osobe termín kontroly plnenia autorizačných požiadaviek a posúdenia prijatých nápravných opatrení na mieste u autorizovanej osoby v rozsahu podanej žiadosti.

Kontrola na mieste u autorizovanej osoby (pracovisko č. 2 Stará Turá) bola vykonaná dňa 07. 04. 2022 zamestnancami úradu. Na základe kontroly na mieste u autorizovanej osoby bol vyhotovený Záznam o výsledku kontroly (k zrušeniu pozastavenia autorizácie č. 006115/2022 zo dňa 07. 04. 2022 (ďalej len „Záznam o výsledku kontroly“). Zo Záznamu o výsledku kontroly vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek § 33 ods. 1 zákona o metrologii a prijatých nápravných opatrení v rozsahu podanej žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie podľa § 38 zákona o metrologii a na základe úspešného vykonaného dvojstranného porovnávacieho merania s Českým metrologickým inštitútom vo februári 2022 autorizovaná osoba preukázala, že odpadol dôvod na pozastavenie autorizácie.

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrologii autorizovaná osoba *má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ktoré počas platnosti rozhodnutia o autorizácii používa len jeden žiadateľ o autorizáciu.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o metrologii autorizovaná osoba *má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o metrologii autorizovaná osoba *má vytvorený fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality.*

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrologii *úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania, a to najviac na 120 dní.*

Podľa § 38 ods. 4 zákona o metrologii *úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie.*

Podľa § 38 ods. 6 zákona o metrologii úrad pri postupe podľa § 38 ods. 4 a 5 môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby, pričom postupuje primerane podľa § 34 zákona o metrologii.

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami a písomnosťami v súvislosti so zákonom o metrologii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie, nakoľko autorizovaná osoba preukázala spôsobilosť na vykonávanie overovania určených meradiel, ktoré sú predmetom pozastavenia autorizácie.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)