



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03881/2023-900/015812/2023 zo dňa 06. 11. 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – plynomerov a prepočítavačov pretečeného množstva plynu (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 26. 09. 2023 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

Plynárenská metrológia, s. r. o.

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 47 463 007

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – plynomerov a prepočítavačov pretečeného množstva plynu v nasledujúcom rozsahu:

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	Plynárenská metrológia, s. r. o. pracovisko Bratislava	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava	M43-01
2	Plynárenská metrológia, s. r. o. pracovisko Spišská Belá	Továrenská 2226, 059 01 Spišská Belá	M43-02

3. Príručka kvality metrologického strediska na výkon overovania plynomerov a prepočítavačov pretečeného množstva plynu spoločnosti Plynárenská metrológia, s. r. o., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vydanie č. 5, dátum vydania: 20. 04. 2023 je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje overovacia značka M s evidenčným číslom 43, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a § 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

5.1 Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie pracoviska Bratislava:

Národné overovanie podľa zákona o metrológii a následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“):

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Plynomer membránový vrátane plynomeru s teplotnou korekciou a) s membránami z prírodného materiálu do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m ³ a so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane (pol. 1.3.20 a))	(0,02 až 10) m ³ /h	$Q_{min} \leq Q < 0,1 Q_{max}$ 0,40 % MH $0,1 Q_{max} \leq Q \leq Q_{max}$ 0,35 % MH	Porovnávací metóda letným štartom	PP 01 Príloha č. 26 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Médium: vzduch v atmosférických podmienkach
2	Plynomer membránový vrátane plynomeru s teplotnou korekciou b) ostatný membránový plynomer (pol. 1.3.20 b))	(0,1 až 160) m ³ /h	$Q_{min} \leq Q < 0,1 Q_{max}$ 0,35 % MH $0,1 Q_{max} \leq Q \leq Q_{max}$ 0,30 % MH			
3	Priemyselný plynomer rotačný a turbínový (pol. 1.3.21 a))	rotačný (0,1 až 1000) m ³ /h	$Q_{min} \leq Q < Q_t$ 0,35 % MH $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$ 0,30 % MH	Porovnávací metóda letným štartom	PP 03 Príloha č. 26 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Médium: vzduch v atmosférických podmienkach
		turbínový (0,1 až 10000) m ³ /h	$Q_{min} \leq Q < Q_t$ 0,35 % MH $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$ 0,30 % MH			
4	Prepočítavač pretečeného množstva plynu vrátane pripojených prevodníkov (pol. 1.3.23)	tlak: (80 až 7000) kPa teplota: (-40 až 70) °C	0,10 % MH	Porovnávací metóda v definovaných tlakových a teplotných bodoch	PP 04 Príloha č. 27 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	

Poznámky, vysvetlivky:

MH – meraná hodnota

Q_{max} – maximálny prietok

Q_{min} – minimálny prietok

Q_t – prechodový prietok

5.2 Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie pracoviska Spišská Belá:

Národné overovanie podľa zákona o metrológii a následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona o posudzovaní zhody:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Plynomer membránový vrátane plynomeru s teplotnou korekciou a) s membránami z prírodného materiálu do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m ³ a so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane (pol. 1.3.20 a))	(0,016 až 10) m ³ /h	$Q_{min} \leq Q < 0,1 Q_{max}$ 0,40 % MH $0,1 Q_{max} \leq Q \leq Q_{max}$ 0,35 % MH	Porovnávací metóda letným štartom	PP 02 Príloha č. 26 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Médium: vzduch v atmosférických podmienkach

Poznámky, vysvetlivky:
MH – meraná hodnota

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.

Odôvodnenie:

Dňa 26. 09. 2023 bola úradu doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 1018/2023. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 2 zákona o metrológii listom č. UNMS/03881/2023-900/014467/2023 zo dňa 06. 10. 2023 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu a termíne kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby.

V dňoch 23. 10. 2023 – 25. 10. 2023 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. UNMS/03881/2023-900/015307/2023 zo dňa 25. 10. 2023 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcami autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly splnenia autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii.

Dňa 30. 10. 2023 bol vyhotovený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. UNMS/03881/2023-900/015734/2023 (ďalej len „záznam“). Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii.

Podľa § 34 ods. 2 zákona o metrológii *úrad vykoná kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu má v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly splnenia autorizačných požiadaviek sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu..*

Podľa § 34 ods. 5 zákona o metrológii *kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa odseku 2 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu a kontrola na mieste u žiadateľa o autorizáciu úradom; pri výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 zákona o metrológii sa použijú výsledky posudzovania v rámci udelenej akreditácie podľa osobitného predpisu. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu..*

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii *výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.*

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii *kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.*

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii *úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.*

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii *úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.*

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)