



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/01281/2022-900/001199/2022 zo dňa 24. 01. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii

### pozastavuje

autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/005225/02222 zo dňa 02. 12. 2013 v znení Rozhodnutia č. 2015/900/003145/01105 zo dňa 25. 05. 2015 v znení Rozhodnutia č. 2018/900/013896/04179 zo dňa 03.12.2018 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01153/2020-900/003707/2020 zo 06. 03. 2020 na dobu 120 dní od doručenia tohto rozhodnutia autorizovanej osobe

### **Plynárenská metrológia, s. r. o.**

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 47 463 007

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – membránových plynomerov vrátane plynomerov s teplotnou korekciou (položka 1.3.20 a) vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradielach a metrologickej kontrole) z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby na pracovisku č. 1 Bratislava a pracovisku č. 2 Spišská Belá v medzilaboratórnom porovnávacom meraní UNMS 02/20 „Kalibrácia plynomera“ (ďalej len „MLPM“) nevyhoveli požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov v meraní normalizovanej odchýlky  $E_n$ .

#### **Odôvodnenie:**

Autorizovaná osoba sa od februára roku 2021 zúčastnila MLPM organizovaného na základe požiadavky úradu Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“). Dňa 17. 01. 2022 SLM doručila na úrad Správu z medzilaboratórneho porovnávacieho merania UNMS 02/20 „Kalibrácia plynomera“ (ďalej len „správa z MLPM“). Zo správy z MLPM vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Kritériom vyhodnotenia výsledkov v MLPM bola normalizovaná odchýlka  $E_n$ , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami MLPM a správou z MLPM sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí  $|E_n| < 1$  a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí  $|E_n| \geq 1$ .

Ustanoveným kritériám nevyhovelo meranie normalizovanej odchýlky  $E_n$  v predpísanom bode merania  $Q_2 = 1,2 \text{ m}^3/\text{h}$  vykonané autorizovanou osobou na pracovisku č. 1 Bratislava a meranie normalizovanej odchýlky  $E_n$  v predpísaných bodoch merania  $Q_2 = 1,2 \text{ m}^3/\text{h}$  a  $Q_3 = 6 \text{ m}^3/\text{h}$  vykonané autorizovanou osobou na pracovisku č. 2 Spišská Belá.

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii *úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania, a to najviac na 120 dní.*

Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii *odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok.*

Podľa § 38 ods. 3 zákona o metrológii *v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania.*

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so správou z MLPM a zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii *odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok.*

Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
predsedníčka úradu  
*(tento dokument bol podpísaný elektronicky)*