



ROZHODNUTIE

č. UNMS/04484/2022-900/019080/2022 zo dňa 02. 12. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaných na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly, momentových kľúčov a analyzátorov výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 19. 10. 2022 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

TOPTEST s.r.o.

Bratislavská 25, 949 01 Nitra, IČO: 36 363 529

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaných na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly, momentových kľúčov a analyzátorov výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom v nasledujúcom rozsahu:

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	TOPTEST s.r.o. pracovisko Nitra	Bratislavská 25, 949 01 Nitra	M01

3. Príručka kvality metrologického pracoviska na výkon kalibrácie / overovania momentových kľúčov, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a analyzátorov výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom spoločnosti TOPTEST s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra, vydanie č. 5, dátum vydania: 10. 10. 2022 je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje overovacia značka M s evidenčným číslom 01, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu

č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaných na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly (pol.: 2.3.1)	(0 - 15) bar	0,03 bar	Priame porovnanie s etalónom	Pracovný postup PP - Pneumerače Príloha č. 36 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu a u zákazníka
2	Momentový kľúč (pol.: 2.4.6)	(0,2 – 10) Nm	1,4 % MH	Priame porovnanie s etalónom	Pracovný postup PP – Momentové kľúče Príloha č. 42 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
		(10 – 100) Nm	1,3 % MH			
		(100 – 1100) Nm	1,2 % MH			
3	Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom (pol.: 2.4.6)	CO (0,5 - 3,5) % obj.	0,02 % obj.	Priame porovnanie s CRM	Pracovný postup PP - Analyzátoary Príloha č. 61 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu a u zákazníka
		CO ₂ (6 - 14) % obj.	0,15 % obj.			
		HC (90 - 1100).10 ⁻⁶ % obj.	6.10 ⁻⁶ % obj.			

Poznámky: MH – z meranej hodnoty, obj. – objemu, CRM – certifikovaný referenčný materiál

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrologii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrologii.

Odôvodnenie:

Dňa 19. 10. 2022 bola na úrad doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 954/2022. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii poveril listom č. UNMS/04484/2022-900/016253/2022 zo dňa 24. 10. 2022 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/04484/2022-900/016252/2022 zo dňa 24. 10. 2022 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 24. 11. 2022 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 044/300/153/22/AT zo dňa 24. 11. 2022 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrologii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek,

nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Dňa 29. 11. 2022 bol na úrad od SMÚ doručený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 044/300/153/22/AT zo dňa 29. 11. 2022 (ďalej len „záznam“), ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/04484/2022-900/018871/2022. Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii *úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.*

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrológii *kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.*

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii *výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.*

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii *kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.*

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii *úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.*

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii *úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.*

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)