



ROZHODNUTIE

č. UNMS/02199/2026-900/003847/2026 zo dňa 24. 03. 2026

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie doručenej úradu dňa 04. 03. 2026 a na základe posúdenia plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. c) zákona o metrológii

mení

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. UNMS/01575/2024-900/001370/2024 zo dňa 26. 01. 2024 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02078/2025-900/003552/2025 zo dňa 12. 03. 2025 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02574/2025-900/006085/2025 zo dňa 07. 05. 2025 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02667/2025-900/006546/2025 zo dňa 14. 05. 2025 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02686/2025-900/006611/2025 zo dňa 16. 05. 2025 (ďalej len „Rozhodnutie č. UNMS/01575/2024-900/001370/2024 zo dňa 26. 01. 2024“) autorizovanej osobe

Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 55 967 850

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, akustických kalibrátorov, osobných zvukových expozimetrov, momentových kľúčov, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a váh s neautomatickou činnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že body 1 a 5 výroku Rozhodnutia č. UNMS/01575/2024-900/001370/2024 zo dňa 26. 01. 2024 znejú:

„1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

zodpovedný zástupca autorizovanej osoby na overovanie zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, akustických kalibrátorov a osobných zvukových expozimetrov

zodpovedný zástupca autorizovanej osoby na overovanie momentových kľúčov, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a váh s neautomatickou činnosťou

zodpovedný zástupca autorizovanej osoby na overovanie momentových kľúčov, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a váh s neautomatickou činnosťou“.

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (položka prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu č. 346/2022 Z. z. (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“))	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k = 2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Pásmový filter (pol. 6.2)	10 Hz až 20 kHz 20 dB až 140 dB re. 20 μ Pa	0,2 dB	Elektrické meranie pomocou systému	Pracovný postup MPK 8.1-2/220 Príloha č. 52 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
2	Zvukomer a integrujúci zvukomer (pol. 6.1)	Citlivosť 1 kHz Vlastný šum: od 10 dB od 1 dB Akustické signály: 31,5 Hz 63 Hz až 8 kHz (12,5 až 16) kHz Elektric. signály: frek. váženie 63 Hz až 16 kHz frekv. a časové váženie na 1 kHz linearita na 8 kHz linearita na 1 kHz ozva na tónový impulz 4 kHz hladina C (Peak) prebudenie 20 dB až 140 dB re. 20 μ Pa	0,2 dB 1,0 dB 0,2 dB 0,3 dB 0,2 dB 0,3 dB 0,1 dB 0,1 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,3 dB 0,2 dB	Akustické meranie Akustické meranie Elektrické meranie Akustické meranie pomocou kalibrátora Elektrické meranie pomocou systému	Pracovný postup MPK 8.1-2/220 Príloha č. 52 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
3	Merací mikrofón (pol. 6.6)	Hladina citlivosti mikrofónu (-40 až -20) dB re.1 V/Pa, 250 Hz Frek. charakter. 20 Hz až 31,5 Hz 40 Hz až 20 kHz Frek. charakter. 31,5 Hz 63 Hz až 8 kHz (12,5 až 16) kHz	0,2 dB 0,4 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,2 dB 0,3 dB	Porovnávacie akustické meranie s mikrofónom Elektrické meranie pomocou elektrost. aktuátora Akustické meranie pomocou kalibrátora	Pracovný postup MPK 8.3/220 Príloha č. 55 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
4	Akustický kalibrátor (pol. 6.4)	Hladina akustického tlaku (93 až 125) dB; 1 kHz 124 dB; 250 Hz re. 20 μ Pa Frek. signálu 250 Hz až 1 kHz Skreslenie signálu 0,1 % až 10 %	0,14 dB 0,09 dB 0,1 Hz 0,2 %	Porovnávacie akustické meranie s etalónovým kalibrátorom pomocou etalónového mikrofónu	Pracovný postup MPK 8.4/220 Príloha č. 53 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu

5	Osobný zvukový expozimeter (pol. 6.3)	Frek. charakteristika 31,5 Hz 63 Hz až 8 kHz (12,5 až 16) kHz Linearita 93 dB až 115 dB re. 20 μ Pa	0,3 dB 0,2 dB 0,3 dB 0,2 dB	Porovnávacie akustické meranie v meracej komôrke	Pracovný postup MPK 8.5/220 Príloha č. 52 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
6	Momentový kľúč (pol. 2.4.6)	(0,05 až 0,5) N · m	0,08 % + 0,17 mN · m*	Priame porovnanie s etalónovým snímačom momentu sily	Pracovný postup MPK 2.1/220 Príloha č. 42 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
		(0,5 až 5) N · m	0,18 % + 0,38 mN · m*			
		(5 až 100) N · m	0,07 % + 0,01 N · m*			
		(20 až 1000) N · m	0,06 % + 0,033 N · m*			
		(1000 až 2000) N · m	0,04 % + 0,3 N · m*			
7	Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používaný na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly (pol. 2.3.1)	(0 až 2000) kPa	$5 \cdot 10^{-4} \cdot p^{**}$	Priame porovnanie s digitálnym tlakomerom	Pracovný postup MPK 4.1/220 Príloha č. 36 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu
8	Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7 (pol. 2.1.4)	trieda presnosti I do 7 kg	$0,5 \cdot 10^{-6} \cdot m$	Priame zaťaženie s etalónovým závažím	Pracovný postup MPK 10/220 Príloha č. 30 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu alebo u zákazníka
		trieda presnosti II do 10 kg do 200 kg	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot m$ $1,1 \cdot 10^{-5} \cdot m$			
		trieda presnosti III do 10 kg do 200 kg	$2,2 \cdot 10^{-5} \cdot m$ $1,1 \cdot 10^{-4} \cdot m$			
9	Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a na váženie pri príprave liekov na predpis v lekárskej laboratóriu alebo farmaceutickej laboratóriu (pol. 2.1.6)	trieda presnosti I do 7 kg trieda presnosti II do 10 kg do 200 kg	$0,5 \cdot 10^{-6} \cdot m$ $2,2 \cdot 10^{-6} \cdot m$ $1,1 \cdot 10^{-5} \cdot m$	Priame zaťaženie s etalónovým závažím	Pracovný postup MPK 10/220 Príloha č. 30 vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole	Overovanie v laboratóriu alebo u zákazníka

*z meranej hodnoty

**p - maximálna hodnota meraného tlaku

m – meraná hmotnosť.“

Ostatné časti výroku Rozhodnutia č. UNMS/01575/2024-900/001370/2024 zo dňa 26. 01. 2024 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Dňa 04. 03. 2026 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, akustických kalibrátorov, osobných zvukových expozimetrov, momentových kľúčov a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel podľa § 36 ods. 1 písm. c) zákona o metrologii (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom 1156/2026. Predmetom žiadosti o zmenu autorizácie bolo rozšírenie autorizácie o overovanie váh s neautomatickou činnosťou.

Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov a následne listom č. UNMS/02199/2026-900/003332/2026 zo dňa 10. 03. 2026 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o zmenu autorizácie a termíne kontroly splnenia autorizačných požiadaviek v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie na mieste u autorizovanej osoby.

Dňa 18. 03. 2026 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o zmenu autorizácie) č. UNMS/02199/2026-900/003600/2026 zo dňa 18. 03. 2026 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly splnenia autorizačných požiadaviek v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie.

Dňa 23. 03. 2026 bol vyhotovený Záznam o výsledku kontroly (k žiadosti o zmenu autorizácie) č. UNMS/02199/2026-900/003710/2026 (ďalej len „záznam“). Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek § 33 ods. 1 až 3 zákona o metrológii v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie.

Podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii *úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti metrológie na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii *autorizovaná osoba má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ktoré počas platnosti rozhodnutia o autorizácii používa len jeden žiadateľ o autorizáciu.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o metrológii *autorizovaná osoba má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o metrológii *autorizovaná osoba má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii *autorizovaná osoba zamestnáva zodpovedného zástupcu alebo je sama zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii; táto osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii *autorizovaná osoba zamestnáva na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o metrológii *autorizovaná osoba má vytvorený fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií alebo iného porovnateľného systému kvality.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. n) zákona o metrológii *autorizovaná osoba má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa písmen a) až o), ktorá musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií alebo iného porovnateľného systému kvality.*

Podľa § 33 ods. 2 zákona o metrológii *splnenie autorizačných požiadaviek podľa odseku 1 písm. a) až o) môže žiadateľ o autorizáciu preukázať akreditáciou podľa osobitného predpisu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti rozhodnutia o autorizácii.*

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii *kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.*

Podľa § 35 ods. 5 písm. d) zákona o metrológii *rozhodnutie o autorizácii obsahuje osobné údaje zodpovedného zástupcu.*

Podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona o metrológii *rozhodnutie o autorizácii obsahuje predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.*

Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii *úrad rozhodne o zmene autorizácie, ak autorizovaná osoba požiadala úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) zákona o metrológii.*

Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii *úrad rozhodne o zmene autorizácie tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii.*

Podľa § 36 ods. 3 zákona o metrológii *úrad pri rozhodovaní o zmene autorizácie môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby. Ak je to potrebné, kontrolu na základe poverenia úradu vykoná ústav alebo určená organizácia na náklady autorizovanej osoby.*

Podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii *je autorizovaná osoba povinná požiadať úrad o schválenie zmeny dokumentácie podľa § 33 ods. 1 písm. n) zákona o metrológii, ak nejde o rozhodnutie o zmene autorizácie podľa § 36 zákona o metrológii a táto zmena sa môže uplatňovať až po jej schválení úradom.*

Podľa § 5 správneho poriadku *na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje obec.*

Podľa § 46 správneho poriadku *rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán nato príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí a musí obsahovať predpísané náležitosti.*

Zmeny dokumentácie autorizovanej osoby, súvisiace s rozšírením autorizácie o overovanie váh s neautomatickou činnosťou, nepodliehajú zmene autorizácie podľa § 36 zákona o metrológii, ale schváleniu dokumentácie podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii, a preto zmeny dokumentácie autorizovanej osoby v rámci tejto žiadosti o zmenu autorizácie úrad schváli osobitným úradným listom.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o zmenu autorizácie, dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o zmenu autorizácie, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Peter Kadlec
predseda
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)