



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/01381/2024-900/000426/2024 zo dňa 09. 01. 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii

### pozastavuje

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. UNMS/02112/2019-900/008030/2019 zo dňa 04. 07. 2019 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03392/2020-900/012387/2020 zo dňa 08. 10. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01688/2023-900/003157/2023 zo dňa 22. 02. 2023 **na dobu 120 dní od doručenia tohto rozhodnutia** autorizovanej osobe

### VMT Metrologické služby s.r.o.

Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51 410 524

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – kalorimetrických počítadiel elektronických z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní UNMS 02/23-1 „Kalibrácia kalorimetrického počítadla ako súčasť merača tepla“ (ďalej len „MLPM UNMS 02/23-1“) nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov ustanovených požiadavkami na normalizovanú odchýlku  $E_n$ .

#### Odôvodnenie:

Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“) na základe požiadavky úradu organizovala od júna 2023 MLPM UNMS 02/23-1, ktorého sa autorizovaná osoba zúčastnila v zmysle výzvy úradu č. UNMS/03227/2023-900/009855/2023 zo dňa 03. 07. 2023. Autorizovaná osoba vykonala merania v rámci MLPM UNMS 02/23-1 v dňoch 19. 07. 2023 – 21. 07. 2023.

Dňa 08. 01. 2024 SLM doručila úradu „Záverečnú správu z medzilaboratórneho porovnávacieho merania UNMS 02/23-1 Kalibrácia kalorimetrického počítadla ako súčasť merača tepla“ (ďalej len „Záverečná správa z MLPM UNMS 02/23-1“). Záverečná správa z MLPM UNMS 02/23-1 bola zaevidovaná pod evidenčným číslom UNMS/01377/2024-900/000407/2024.

Zo Záverečnej správy z MLPM UNMS 02/23-1 vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/23-1 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. Kritériom vyhodnotenia výsledkov v medzilaboratórnom porovnávacom meraní bola normalizovaná odchýlka  $E_n$ , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami medzilaboratórneho porovnávacieho merania a Záverečnou správou z MLPM UNMS 02/23-1 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí  $|E_n| \leq 1$  a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí  $|E_n| > 1$ . Ustanoveným kritériám nevyhovelo meranie tepelnej energie (predpísaný bod merania - teplota 44 °C) vykonané autorizovanou osobou.

Podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii úrad rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb.

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, a to najviac na 120 dní, ak sa autorizovaná osoba nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona o metrológii alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Podľa § 38 ods. 3 zákona o metrológii v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania.

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so Záverečnou správou z MLPM UNMS 02/23-1 a zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/23-1 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok.

v z. Ing. Peter Kadlec  
generálny tajomník služobného úradu  
poverený zastupovaním predsedu úradu  
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)