



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03718/2022-900/014461/2022 zo dňa 26. 09. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel – prístrojových transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej úradu dňa 01. 08. 2022 a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených v § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii

autorizuje

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určených meradiel – prístrojových transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi v nasledujúcom rozsahu:

1. **Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:**

2. **Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska:**

Číslo pracoviska	Pracovisko	Adresa pracoviska	Overovacia značka pracoviska
1	VUJE, a.s. pracovisko Križovany nad Dudváhom	Elektrická stanica, 919 24 Križovany nad Dudváhom	M59

3. **Príručka kvality** metrologického laboratória na výkon overovania prístrojových transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi (Všeobecná časť QL-13/00, dátum účinnosti: 01. 04. 2019 a Technická časť QL-12/09, dátum účinnosti: 01. 08. 2022) spoločnosti VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava je záväznou radiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska.

4. Autorizovanej osobe sa prideliuje **overovacia značka M s evidenčným číslom 59**, na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“).

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Položka	Druh overovaných určených meradiel (Položka prílohy č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Dokumentácia	
1	Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom (prúdový) (pol.: 4.6)	Primárny prúd: 5 A až 5 000 A Sekundárny prúd: 1 A až 5 A	$U_{\epsilon} = 0,03 \%$ $U_{\delta} = 1$ uhlová minúta	Diferenciálna metóda	Pracovný postup VP-175/07 Postup overovania meracích transformátorov Príloha č. 50 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Trieda presnosti 0,2 a nižšie
2	Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom (napätový) (pol.: 4.6)	Primárne napätie: $1/\sqrt{3}$ kV až $400/\sqrt{3}$ kV Sekundárne napätie: $100/\sqrt{3}$ V	$U_{\epsilon} = 0,06 \%$ $U_{\delta} = 1$ uhlová minúta	Diferenciálna metóda	Pracovný postup VP-175/07 Postup overovania meracích transformátorov Príloha č. 50 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Trieda presnosti 0,2 a nižšie
3	Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom (kombinovaný) (pol.: 4.6)	Primárny prúd: 5 A až 5 000 A Sekundárny prúd: 1 A až 5 A Primárne napätie: $1/\sqrt{3}$ kV až $400/\sqrt{3}$ kV Sekundárne napätie: $100/\sqrt{3}$ V	$U_{\epsilon} = 0,03 \%$ $U_{\delta} = 1$ uhlová minúta $U_{\epsilon} = 0,06 \%$ $U_{\delta} = 1$ uhlová minúta	Diferenciálna metóda	Pracovný postup VP-175/07 Postup overovania meracích transformátorov Príloha č. 50 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole	Trieda presnosti 0,2 a nižšie

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými v § 41 zákona o metrologii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrologii.

Odôvodnenie:

Dňa 01. 08. 2022 bola na úrad doručená žiadosť o autorizáciu zaevidovaná pod evidenčným číslom 926/2022. Následne dňa 09. 08. 2022 bolo na úrad doručené doplnenie žiadosti o autorizáciu, ktorého predmetom bolo doplnenie podpisov štatutárnych zástupcov autorizovanej osoby oprávnených konať v mene autorizovanej osoby. Úrad v zmysle bodu 5.1.2 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov.

Následne úrad podľa § 34 ods. 3 zákona o metrologii poveril listom č. UNMS/03718/2022-900/012664/2022 zo dňa 15. 08. 2022 Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/03718/2022-900/012659/2022 zo dňa 15. 08. 2022 upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o autorizáciu.

Dňa 05. 09. 2022 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 035/300/212/22/AT zo dňa 05. 09. 2022 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34 ods. 7 zákona o metrologii vyhotovený protokol o výsledku kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, nakoľko pri kontrole boli zistené formálne nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek

podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii, ktoré mali byť po dohode s kontrolnou skupinou v určenej lehote odstránené.

Následne dňa 07. 09. 2022 autorizovaná osoba predložila dokumenty preukazujúce odstránenie formálnych nedostatkov a na základe toho bol vyhotovený zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov splnenia autorizačných požiadaviek č. 035/300/212/22/AT zo dňa 14. 09. 2022 (ďalej len „zápis“).

Dňa 16. 09. 2022 bol na úrad od SMÚ doručený Protokol o výsledku kontroly (k žiadosti o autorizáciu) č. 035/300/212/22/AT zo dňa 14. 09. 2022 (ďalej len „protokol“) spolu so zápisom, ktorý bol zaevidovaný pod evidenčným číslom UNMS/03718/2022-900/014069/2022. Následne dňa 19. 09. 2022 bola na úrad doručená oprava zápisu, ktorej predmetom bolo doplnenie podpisu zástupcu autorizovanej osoby.

Z protokolu a zápisu vyplýva, že počas kontroly boli zistené formálne nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek, ktoré boli v určenej lehote odstránené a tým autorizovaná osoba preukázala splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 3 zákona o metrológii.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o metrológii úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.

Podľa § 34 ods. 6 zákona o metrológii kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 ods. 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 7 zákona o metrológii výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.

Podľa § 34 ods. 8 zákona o metrológii kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o metrológii úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v rozhodnutí o autorizácii nie je uvedený kratší čas platnosti.

Podľa § 35 ods. 7 zákona o metrológii úrad v rozhodnutí o autorizácii prideli autorizovanej osobe na výkon overovania určeného meradla overovaciu značku.

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o autorizáciu a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o autorizáciu, preveril splnenie autorizačných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)