



ROZHODNUTIE

č. UNMS/02259/2022-900/005155/2022 zo dňa 28. 03. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii

zrušuje pozastavenie

autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022 autorizovanej osobe

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábřežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
IČO: 00 156 850

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – bytových vodomeroch a vodomeroch (položka 1.3.1 a 1.3.2 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole), nakoľko odpadol dôvod pozastavenia autorizácie podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii - autorizovaná osoba preukázala spôsobilosť na vykonávanie overovania určených meradiel, ktoré sú predmetom pozastavenia autorizácie.

Odôvodnenie:

Autorizovaná osoba sa od októbra roku 2020 zúčastnila medzilaboratórneho porovnávacieho merania MLPM UNMS 02/19 „Kalibrácia vodomera“ (ďalej len „MLPM UNMS 02/19“) organizovaného na základe požiadavky úradu Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“). Dňa 16. 03. 2022 SLM doručila na úrad Správu z MLPM UNMS 02/19 (ďalej len „správa z MLPM UNMS 02/19“). Zo správy z MLPM UNMS 02/19 vyplývalo, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/19 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Kritériom vyhodnotenia výsledkov v MLPM UNMS 02/19 bola normalizovaná odchýlka E_n , pričom v súlade s ustanovenými podmienkami MLPM UNMS 02/19 a správou z MLPM UNMS 02/19 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí $|E_n| < 1$ a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí $|E_n| \geq 1$.

Ustanoveným kritériám nevyhovelo meranie normalizovanej odchýlky E_n meradla č. 3 „Promag P 300 DN 150“ v predpísaných bodoch merania $Q = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ a $Q = 180 \text{ m}^3/\text{h}$ vykonané autorizovanou osobou.

Následne na základe správy z MLPM UNMS 02/19 úrad Rozhodnutím č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022 pozastavil autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03157/2021-900/008753/2021 zo dňa 10. 06. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03694/2021-900/011455/2021 zo dňa 03. 08. 2021 na dobu 120 dní autorizovanej osobe z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 02/19 nevyhoveli požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.

Dňa 23. 03. 2022 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania bytových vodomeroch a vodomeroch (ďalej len „žiadosť“). Predmetom žiadosti bolo zrušenie pozastavenia autorizácie na výkon overovania určených meradiel – bytových vodomeroch a vodomeroch (položka 1.3.1 a 1.3.2 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole), ktorá bola pozastavená Rozhodnutím č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022.

Úrad listom č. UNMS/02259/2022-900/004980/2022 zo dňa 23. 03. 2022 v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil autorizovanú osobu o začatí správneho konania vo veci žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie a zároveň oznámil autorizovanej osobe termín kontroly plnenia autorizačných požiadaviek a posúdenia prijatých nápravných opatrení na mieste u autorizovanej osoby v rozsahu podanej žiadosti.

Kontrola na mieste u autorizovanej osoby (pracovisko Bratislava) bola vykonaná dňa 25. 03. 2022 zamestnancami úradu. Na základe kontroly na mieste u autorizovanej osoby bol vyhotovený Záznam o výsledku kontroly k žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie č. 005154/2022 zo dňa 25. 03. 2022 (ďalej len „Záznam o výsledku kontroly“). Zo Záznamu o výsledku kontroly vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek § 33 ods. 1 zákona o metrológii a prijatých nápravných opatrení v rozsahu podanej žiadosti o zrušenie pozastavenia autorizácie podľa § 38 zákona o metrológii a na základe úspešného vykonaného dvojstranného porovnávacieho merania so Slovenským metrologickým ústavom v januári 2022 autorizovaná osoba preukázala, že odpadol dôvod na pozastavenie autorizácie.

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii autorizovaná osoba *vlastní technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o metrológii autorizovaná osoba *má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. g) zákona o metrológii autorizovaná osoba *má vytvorený fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality.*

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii *úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania, a to najviac na 120 dní.*

Podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii *úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie.*

Podľa § 38 ods. 6 zákona o metrológii úrad pri postupe podľa § 38 ods. 4 a 5 môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby, pričom postupuje primerane podľa § 34 zákona o metrológii.

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami a písomnosťami v súvislosti so zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie, nakoľko autorizovaná osoba preukázala spôsobilosť na vykonávanie overovania určených meradiel, ktoré sú predmetom pozastavenia autorizácie.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)