

Rozsah autorizácie spoločnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva

Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie:

Národné overovanie¹⁾:

Položka	Druh overovaných meradiel (Pol. prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.)	Merací rozsah	Rozšírená neistota U (k = 2) ²⁾	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh	Označenie	
1	Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu (pol.:1.3.15 a))	(15 až 1800) m ³ .h ⁻¹	0,25 %	Objemová metóda s letným štartom a etalónovou nádržou	Pracovný postup PPK-KLOP	Skúšobné médium - studená voda
			0,30 %	Objemová metóda s letným štartom s etalónovým prietokomerom		
2	Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu (pol.:1.3.15 b))		0,25 %	Objemová metóda s letným štartom a etalónovou nádržou		
			0,30 %	Objemová metóda s letným štartom a etalónovým prietokomerom		
3	Merače tepla a ich členy: prietokomery (pol.: 3.1.5 b))		0,25 %	Objemová metóda s letným štartom a etalónovou nádržou		
			0,30 %	Objemová metóda s letným štartom a etalónovým prietokomerom		

Poznámky, vysvetlivky:

¹⁾Neplatí pre následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

²⁾Rozšírená neistota udávaná v percentách z nameranej hodnoty.