

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA

SKTC - 127

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica



CERTIFIKÁT TYPU MERADLA

č. 320001/127/131/00-019

zo 14. apríla 2000

Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrologia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica SKTC-127 poverená na posudzovanie zhody v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. g), § 11 ods. 10 a § 35 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. vydáva tento certifikát

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Názov a typ meradla | Výčapná nádoba sklenená
typ KH - 255900 |
| 2. Výrobca (krajina) | SLOVGLASS a.s. Poltár
VD 03 Katarínska Huta, Slovenská republika |
| 3. Číselný kód colného sadzovníka | 7013 29 59
7013 29 99 |
| 4. Číselný kód klasifikácie produkcie | 26.13.12 |
| 5. Žiadateľ | SLOVGLASS a.s.
ul. 13. januára, 987 81 Poltár |
| 6. IČO | 31618634 |

Týmto certifikátom sa podľa § 12 zákona potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu meradla s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. pri dodržaní technických údajov a podmienok uvedených v prílohe k tomuto certifikátu.

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovoľené.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu meradla s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. sú uvedené v protokole č. Z25/00 z 10.04.2000


Meradlá certifikovaného typu podliehajú ako určené meradlá povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas ich používania podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii.


Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie od: 14. apríla 2000 do: 14. apríla 2010

Platnosť certifikátu je ďalej obmedzená:

Odôvodnenie:

Príloha: je neoddeliteľnou súčasťou tohto certifikátu. Obsahuje celkovo 3 strany, z toho 2 strany textu a 1 stranu obrázkových príloh.




Jozef Slamka
vedúci SKTC - 127

Výčapná nádoba sklenená - typ KH - 25900

1. Základné údaje

Výrobca : Slovglass a.s. Poltár
VD 03 Katarínska Huta, Slovenská republika

2. Popis meradla

2.1 Charakteristika meradla

Výčapné nádoby sú vyhotovené ako poháre slúžiace na pitie nápojov. Vyrobené sú zo sodno - draselného skla. Tvar a vyhotovenie umožňuje ľahké čistenie a úplné vyprázdňovanie. Vnútorňý a vonkajší povrch nádob je hladký. Okraje nádob sú hladké a zabrúsené. Zvislá os je kolmá na základňu a nádoby sú stabilné. Označenie objemu, objemová čiarka i overovacia značka sú vyhotovené sieťotlačou (vypaľovacou farbou) na vonkajšom povrchu nádob. Ozdoby a symboly podľa požiadaviek odberateľov musia byť vyhotovené v súlade s STN 99 6141.

3. Základné technické a metrologické údaje

- typ	KH - 25900
- menovitý objem (l)	0,02 / 0,04
- celková výška nádob (mm)	90
- vnútorňý priemer v rovine objemovej čiarky (mm)	35
- nadmerok (mm)	22 / 42
- dĺžka objemovej čiarky (mm)	15
- hrúbka objemovej čiarky (mm)	0,5
- výška číslíc a písmen označenia objemu (mm)	5

4. Skúška

4.1 Miesto vykonania skúšok meradiel

Skúšky meradiel boli vykonané v laboratóriu malého objemu SLM, metrologické pracovisko Banská Bystrica.

4.2 Použitá metóda

Technické skúšky boli vykonané podľa STN 99 6141 a Inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob I-1315. Správnosť objemu predložených vzoriek bola kontrolovaná objemovou metódou pomocou etalónových odmerných baniek príslušného objemu a delenou pipetou.



4.3 Prehlásenie

Na základe vykonaných skúšok sa zistilo, že

**meradlo vyhovuje
STN 99 6141**

5. Údaje na meradle

Na výčapných nádobách je vyhotovené vyznačenie objemu objemovou čiarkou a nad objemovou čiarkou je označenie objemu číselnou hodnotou a značkou meracej jednotky.

6. Overenie

6.1 Overovanie

Overovanie výčapných nádob vykonáva Štátne metrologické stredisko SLOVGLASS a.s., VOD 03 Katarínska Huta podľa požiadaviek STN 99 6141 a Inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob I-1315.

6.2 Overovacie značky

Podniková overovacia značka " K / SLOVGLASS " podľa Výmeru č. 3/1993 ÚNMS SR je umiestnená vľavo od objemovej čiarky . Vyhotovená je sieťotlačou súčasne pri vyznačení a označení objemu.

7. Čas platnosti overenia meradiel

Čas platnosti overenia je v súlade s Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR z 12. júla 1999 č. 28 b e z o b m e d z e n i a .

8. Vzorka meradla


Skúšky meradla boli vykonané na troch vzorkách výčapných nádob sklenených. Po ukončení skúšok sú tieto vzorky uložené v SLM, metrologické pracovisko Banská Bystrica.

Skúšky vykonala : Ing. Kianicová Ivana *Kianicová*
SLM Banská Bystrica



Irena Stingl
.....
RNDr. Irena Stingl
riaditeľka MP SLM

V Banskej Bystrici , dňa 14.04.2000



Výr. závod	SLOVGLASS a.s. 03 Kat. Huta
Číslo	KH - 25900/33466
Prevedenie	Strojná výroba v hladine
Objem	0,04 l; 0,02 l
Mierka	1:1
Kreslil	Šufan
Schválil	