

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

DODATOK č.5 zo dňa 18.12.1995 k Rozhodnutiu č.499/75, so štátnou značkou schváleného typu meradla

A 14 20
75 - 251

Na žiadosť firmy PREMEX s.r.o., nám.A.Schweitzera 194, 91 601 Stará Turá, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, Dodatok č.5 k rozhodnutiu o schválení typu meradla A 1420/75-251.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla repasovaný viacvrtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu a mení sa jeho typové označenie na typ VM 3 - 5VV v súlade s prílohou.


Výrobca: PREMEX s.r.o., nám.A.Schweitzera 194, 91 601 Stará Turá.


Z d ť v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.




Ing. Peter K n e p p o, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha

Príloha Dodatku č.5 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
A 1420/75 - 251.

Typ meradla: VIACVŤOKOVÝ MOKROBEŽNÝ DVOJROZSAHOVÝ VODOMER
NA STUDENÚ VODU typu VM 3-5V.

Výrobca : PREMEX s.r.o., nám.A.Schweitzera 194, 91 601 Stará Turá.
Žiadateľ: PREMEX s.r.o., nám.A.Schweitzera 194, 91 601 Stará Turá.

Dodatok č.5 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1, Bod 1. Popis - sa dopĺňa :

Vodomer repasovaný podľa pracovného postupu výrobcu č.
PX/TÚ/04 s typovým označením VM3-5VV odpovedá uvedenému popisu
vrátane doplnkov.

2, Bod 3. Základné technické údaje - sa dopĺňa :

Údaje na repasovanom meradle.

Na číselníku počítadla vodomera typu VM3-5VV sú uvedené tieto
údaje:

- označenie výrobcu,
- štátna značka schváleného typu meradla,
- typ vodomera,
- poloha inštalácie, metrolog. trieda ISO,
- menovitá teplota,
- menovitý prietok.

Na telese vodomera je uvedené:

- smer prietoku vody,
- max. prietok,
- smer regulácie (+,-).

Na telese vodomera je uvedené:

- výrobné číslo, rok výroby.

3. Bod 6. Doba platnosti overenia - sa mení:

Doba platnosti úradného overenia je 6 rokov.

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

vypracoval: RNDr. Milan Mišovický
Ing. Tibor Reško

Schválil: Ing. Milan Kachút
vedúci odd.232

V Bratislave 18.12.1995

