

Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.935/91/20 zo dňa 21.8.1991 so štátnou značkou schváleného typu

14 20
ČS -----
91-935

Na žiadosť : Karl Adolf Zenner, Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4, 6600 Saarbrücken NSR

Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica
vydávajú dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla

14 20
ČS -----
91-935

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na viacvrtokový mokrobežný vodoměr na studenú vodu MNK, v súlade s prílohou.

Výrobca: Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, Saarbrücken NSR


Z d Ž v o d n e n i e

Uvedený typ meradla MNK spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 12.12.1994


Jozef Slamka
Riaditeľ SLM SR
Banská Bystrica



Príloha Dodatku č.1

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla ČS 14 20
----- zo dňa 21.8.1994
91-935

Typ meradla : Viacvtokový mokrobežný vodoměr MNK

Výrobca meradla : Karl Adolf Zenner
Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4
6600 Saarbrücken NSR

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

Príloha k Osvedčeniu č. ČS 14 20
----- zo dňa 21.8.1994
91-935

sa dopíňa:


1. v časti 3. Základné technické údaje :

Veľkosť vodomera	Q_n	3.5
Menovitá svetlosť	D_n	25
Pripojovací rozmer	G	1
Maximálna teplota		30 °C
Maximálny prietok [m^3/h]		7 m^3
Prechodový prietok [m^3/h]		0.28
Minimálny prietok [m^3/h]		0.07
Max.tlaková strata [10^5 Pa]		1
Kapacita počítadla		100 000
Dĺžka vodomera [mm]		260

2. v časti 8.

Overovanie typu bolo vykonané na 3 vzorkách Q_n 3.5.
Vzorka meradla je uložená v SLM SR MP Bratislava.

Skúšku vykonal : Marczel František



Ing. Ladislav Hudoba
Riaditeľ SLM SR MP
Bratislava

V Bratislave 12.12.1994

