

Služby legálnej metrologie Slovenskej republiky Banská Bystrica

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.934/91/20 zo dňa 21.8.1991 so štátnou značkou schváleného typu

14 25
ČS -----
91-934

Na žiadosť : Karl Adolf Zenner, Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4, 6600 Saarbrücken NSR

Služby legálnej metrologie Slovenskej republiky Banská Bystrica vydávajú dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla

14 25
ČS -----
91-934

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla - viacvtokový mokrubežný vodoměr na teplú vodu MTW, v súlade s prílohou.

Výrobca: Karl Adolf Zenner, Wasserzählerfabrik GmbH, Saarbrücken NSR

Z d ů v o d n e n i e

Uvedený typ meradla MTW spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 12.12.1994



Jozef Slamka
Riaditeľ SLM SR
Banská Bystrica



Príloha Dodatku č.1

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla ČS 14 25
----- zo dňa 21.8.1994
91-934

Typ meradla : Viacvtokový makrobežný vodoměr MTW

Výrobca meradla : Karl Adolf Zennor
Wasserzählerfabrik GmbH
Am Römerkastell 4
6600 Saarbrücken BDR

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

Príloha k Osvedčeniu č. ČS 14 25
----- zo dňa 21.8.1994
91-934

sa dopĺňa:

1. časti 3. Základné technické údaje :

Veľkosť vodomera	Q_n	6
Menovitá svetlosť	D_n	25
Pripojovací rozmer	G 1	a G 5/4
Maximálna teplota		90 °C
Maximálny prietok [m^3/h]		12
Prechodový prietok [m^3/h]		0.6
Minimálny prietok [m^3/h]		0.24
Max.tlaková strata [$10^5 Pa$]		1
Kapacita počítadla		100 000
Dĺžka vodomera [mm]		260

2. v časti 6

Vodomery je možné do roku 1997 skúšať studenou vodou.

3. v časti 8

Skúška sa vykonala na 3 vzorkách Q_n 6. Vzorka meradla je uložená v SLM SR MP Bratislava.

Skúšku vykonal : Marczel František

Ing. Ladislav Hudoba
Riaditeľ SLM SR MP
Bratislava

V Bratislave 12.12.1994

