

Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Dodatok č.2 k rozhodnutiu o schválení typu meradla
so štátnou značkou

14 33
ČS -----
83-451

Na žiadosť firmy J.B.Rombach, Schlumberger Industries, Karlsruhe, SRN, Slovenský metrologický ústav, Bratislava vydáva dodatok č.2 k rozhodnutiu o schválení typu meradla

14 33
ČS -----
83-451

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla - tlaková strata turbínového plynomera typu TZ, v súlade s prílohou.

Výrobca: J.B.Rombach, Schlumberger Industries, Karlsruhe, SRN
Platnosť rozhodnutia o schválení typu meradla - turbínového plynomera typu TZ, doplnku č. 1, zo dňa 30. 8. 1993 k uvedenému rozhodnutiu a tohto dodatku č.2 k uvedenému rozhodnutiu, sa končí dňom 31. 12. 2001.


Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 23. 1. 1996




.....
Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha dodatku č. 2
k rozhodnutiu o schválení typu meradla so štátnou značkou

14 33
ČS -----

83-451

Typ meradla: Turbinový plynomer typu TZ

Výrobca meradla: J.B.Rombach, Schlumberger Industries,
Karlsruhe, SRN

Dodatok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

V bode 1. "Popis" pôvodného rozhodnutia schválenia typu meradla sa dopĺňa text o nasledujúcu vetu:

Plynomer je možné používať v strednotlakých, vysokotlakých a veľmi vysokotlakých plynárenských sústavách.

V bode 2. "Základné technické údaje", v tabuľke č.1 pôvodného rozhodnutia schválenia typu meradla a v tabuľke č.2 na 5. strane doplnku č. 1. zo dňa 30. 8. 1993, k rozhodnutiu o schválení typu meradla, sa údaj tlakovej straty plynomera pri prietoku $Q_{\max}$ mení z hodnôt uvádzaných v tabuľke na novú hodnotu $dp=2500$ Pa, rovnakú pre všetky veľkosti plynomerov.

Skúšku vykonal: Ing. Milan Kachút



Vedúci oddelenia: Ing. Milan Kachút



Bratislava, dňa 23. 1. 1996

