

# ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

## DODATOK č. 1

zo dňa 28.10.1997

k Rozhodnutiu č. 875 / 91 / 20 zo dňa 9.9.1991, ktorým sa vydalo

## SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

### ČS 32 13 / 91 - 875

Na žiadosť spoločnosti PREMEX, spol. s r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505 / 1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - odporového snímača teploty typ 6310 Pt 100, ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku. Týmto Dodatkom sa súčasne upresňuje názov výrobcu.

Výrobca: SPANNER - POLLUX GmbH  
Ludwigshafen, Nemecko


#### Z d ô v o d n e n i e :

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené pôvodnou skúškou typu vykonanou Československým metrologickým ústavom Bratislava.

#### P o u č e n i e o o d v o l a n í :

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany textu.



*Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

## Odporový snímač teploty typ 6310 Pt 100

Výrobca: SPANNER - POLLUX GmbH  
Ludwigshafen, Nemecko.

Úradná značka schválenia typu meradla:

**ČS 32 13 / 91 - 875**

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu č. 875/91/20 zo dňa 09.09.1991:

1. Názov meradla sa nahrádza textom:  
Odporový snímač teploty typ 6310 Pt 100

2. Bod 1. Základné údaje  
sa nahrádza textom:

Dodávateľ: Premex s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá, SR

Výrobca: Spanner – Pollux GmbH  
Ludwigshafen, Nemecko

3. Bod 2. Popis meradla  
začiatok tohoto bodu sa dopĺňa novým odsekom:

Odporové snímače teploty typu 6310 sú určené pre elektrické merače tepla. Možno ich použiť v spojení s kalorimetrickým počítadlom typu N 100, výrobcu Spanner – Pollux GmbH, SRN (úradná značka schválenia typu ČS 31 15/91-874), alebo s iným kalorimetrickým počítadlom schváleného typu, s ktorým sú kompatibilné.


4. Bod 5. Údaje na meradle  
sa nahrádza textom:

Spárované dvojice odporových snímačov teploty musia byť označené v súlade s TPM 3721 - 93 a s odporúčaním OIML R 75.




5. Bod 6. Overovanie  
druhý a tretí odsek sa nahrádza textom:

Platinové odporové snímače teploty sa pri overovaní skúšajú podľa TPM 3722-93 a STN 25 8307. Meradlá, ktoré pri skúške vyhovujú požiadavkám TPM 3721-93 a STN 25 8306 sa opatria overovacou značkou umiestnenou na hlavici odporového snímača teploty.

  
Vypracoval: RNDr. Katarína Miklešová

  
Zodpovedný pracovník za oblasť teploty a tepla: Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.

  
Riaditeľ Slovenského metrologického ústavu: Doc. Ing. Peter Kreppo, DrSc.

Bratislava 28.10.1997

