

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 1016/91/20 zo dňa 13.9.1991 so štátnou značkou schváleného typu meradla

TCS 128/91-1016

Na žiadosť firmy METTLER - TOLEDO spol. s r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva podľa § 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 1016/91/20 zo dňa 13.9.1991 o schválení typu meradla TCS 128/91-1016.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu meradla na celý konštrukčný rad elektronických váh mostíkových, typ DigiTOL firmy METTLER - TOLEDO Inc., Ohio, USA a upresňuje sa výrobca uvedeného typového radu v súlade s prílohou.

Platnosť Dodatku č. 1 končí dňom 26.1.2005.

O d ô v o d n e n i e


Rozšírenie schválenia typu meradla na celý konštrukčný rad meradiel sa vydáva na základe predchádzajúcich technických skúšok vykonaných na elektronických váhach mostíkových, typ DigiTOL, výrobné číslo A 134/73004 a schválenia typu meradla v PTB Braunschweig a Berlin, SRN (rozhodnutie Nr. 1.13 - 18 516/91 zo dňa 30.10.1991).

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V Bratislave 26.1.1995




Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č. 1

k Rozhodnutiu č. 1016/91/20 zo dňa 13.9.1994 o schválení typu meradla TCS 128/91-1016

Typ meradla: elektronické váhy mostíkové, typ DigiTOL

Výrobca meradla: METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1. Označenie výrobcu na osvedčení o schválení typu meradla TCS 128/91-1016 zo dňa 13.9.1991 sa mení na:

METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

2. Príloha k rozhodnutiu č. 1016/91/20 zo dňa 13.9.1991 sa upra-
vuje nasledovne:

Úvodná časť

Výrobca sa mení na:

METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

Časť 2. Základné technické údaje

Prvý odstavec sa nahrádza textom:

Váhy DigiTOL predstavujú typový rad DT...J, ktorého typy majú metrologické parametre uvedené v nasledovnej tabuľke:

Typ	Max	Min	e =	d =	T =	Trieda
DT 6J	6 kg	40 g	2 g	2 g	-6 kg	III
DT 15J	15 kg	100 g	5 g	5 g	-15 kg	III
DT 30J	30 kg	200 g	10 g	10 g	-30 kg	III
DT 60J	60 kg	400 g	20 g	20 g	-60 kg	III
DT L60J	60 kg	400 g	20 g	20 g	-60 kg	III
DT 150J	150 kg	1000 g	50 g	50 g	-150 kg	III
DT 300J	300 kg	2000 g	100 g	100 g	-300 kg	III
DT 600J	600 kg	4000 g	200 g	200 g	-600 kg	III

Časť 4. Údaje na meradle


4. až 6. riadok sa nahrádza textom:

Horná medza váživosti v tvare Max = xxx kg (podľa typu váh)

Dolná medza váživosti v tvare Min = xxxx g (podľa typu váh)

Hodnota overovacieho dielika $e = d = \text{xxx g}$ (podľa typu váh)

Úrad pre normalizáciu, metrologiu
a skúšobníctvo SR
Štefanovičová 3
814 39 Bratislava


Skúšku vykonal: Ing. František Silný

Bratislava dňa 26.1.1995