

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1 zo dňa 16.02.1995 k Rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 4.12.1991 s úradnou značkou schváleného typu meradla

TCS 128/91-1119

Na žiadosť firmy TENZONA, spol. s r. o., Cintorínska 26, 811 08 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva podľa § 6, 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 4.12.1991 o schválení typu meradla TCS 128/91-1119.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na mostové váhy na váženie cestných vozidiel DIGITOL 8530 firmy TENZONA, spol. s r. o., Bratislava a upresňuje sa ich výrobca v súlade s prílohou.


Platnosť Dodatku č. 1 končí dňom 16.02.2005.

O d ô v o d n e n i e

Rozšírenie schválenia typu meradla sa vydáva na základe predchádzajúcich technických skúšok vykonaných na mostových váhach na váženie cestných vozidiel DIGITOL 8530 firmy Toledo, výrobné číslo 4269459-4SS a schválenia typu meradla v PTB Braunschweig a Berlín, SRN (Rozhodnutie Nr. 1.13 - 8058/89 zo dňa 31.05.1989 a Dodatok 1 zo dňa 20.12.1989).

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha
je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Obsahuje celkom 2 strany

Príloha Dodatku č. 1

k Rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 4.12.1991 o schválení typu meradla TCS 128/91-1119

Typ meradla: mostové váhy na váženie cestných vozidiel
DIGITOL 8530

Výrobca meradla: TENZONA, spol. s r. o.,
Cintorínska 26, 811 08 Bratislava

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1. Označenie výrobcu na rozhodnutí, ktorým sa vydáva schválenie typu meradla TCS 128/91-1119 zo dňa 4.12.1991 sa upresňuje na TENZONA, spol. s r.o., Bratislava, pričom výrobcom elektronickej časti zostáva METTLER - TOLEDO Inc., Worthington, OH, USA.
2. Príloha k rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 4.12.1991 sa upravuje nasledovne:

Úvodná časť

Označenie výrobcu sa upresňuje na TENZONA, spol. s r.o., Bratislava, pričom výrobcom elektronickej časti zostáva METTLER - TOLEDO Inc., Worthington, OH, USA.

Časť 1. POPIS MERADLA

Začiatok prvého odstavca (prvé dve vety) sa nahrádza textom:

Váhy sú konštrukčne riešené ako mostové váhy s priamym zaťažovaním cez tenzometrické snímače. Snímače zaťaženia typu 0745 alebo 0760 sú osadené podľa výkresovej dokumentácie Nr. E.70-000354 zo dňa 12.12.1989 v počte 3 až 8 ks v závislosti od dĺžky mosta, ktorá môže byť od v rozpätí od 7 m do 18 m. Nevyžaduje sa osadenie tenzometrov pomocou ložísk, pričom však pozdĺžny pohyb mosta musí byť vymedzený dorazmi.

Časť 2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Prvé štyri riadky sa nahrádzujú nasledovným textom:

Váhy Digitol 8530 majú:

Hornú medzu váživosti	Max = 50000 kg	60000 kg	30000 kg
Dolnú medzu váživosti	Min = 400 kg	400 kg	200 kg
Hodnotu overovacieho dielika $e = d$	20 kg	20 kg	10 kg

Úrad pre normalizáciu, metrologiu
a skúšobníctvo SR
Štefanovičová 3
814 39 Bratislava

Časť 4. ÚDAJE NA MERADLE
sa nahradzuje textom:

Na štítku váh musia byť uvedené nasledovné údaje:

Značka alebo názov výrobou

Úradná značka schváleného typu v tvare: TCS 128/91-1119

Trieda presnosti v tvare:

111

Horná medza váživosti v tvare:

Max = 50000 kg alebo

Max = 60000 kg alebo

Max = 30000 kg

Dolná medza váživosti v tvare:

Min = 400 kg alebo

Min = 200 kg

Hodnota overovacieho dielika:

e = d = 20 kg alebo

e = d = 10 kg

Výrobné číslo a rok výroby

Maximálny rozsah odpočítavacieho tarovníka v tvare: T = -Max

Napájacie napätie:

220 V/50 Hz

Úrad pre normalizáciu, metrologiu

a skúšobníctvo SR

Štefanovičová 3

814 39 Bratislava

Skúšku vykonal: Ing. František Silný 4

V Bratislave dňa 16.02.1995