

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 29.10.1996

k Rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 04.12.1991, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

TCS 128/91-1119

Na žiadosť firmy TENZONA, spol. s r.o., Cintorínska 26, 811 08 Bratislava, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 a § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu mostových váh na váženie cestných vozidiel typu DIGITOL 8530 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: TENZONA, spol. s r.o., Cintorínska 26, 811 08 Bratislava


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany textu.




Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Typ meradla: mostové váhy na váženie cestných vozidiel
DIGITOL 8530

Výrobca: TENZONA, spol. s r.o., Cintorínska 26,
811 08 Bratislava

Skúška typu: TCS 128/91-1119

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny prílohy k
Rozhodnutiu č. 1119/91/20 zo dňa 04.12.1991:

1. Bod 1.: Popis meradla:
sa dopĺňa textom: pri váhach na voľnom priestranstve je
potrebné dodržiavať čl. 3.9.5 STN EN 45501.
2. Bod 2.: Základné technické údaje:
Druhý až štvrtý riadok sa v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa
16.02.1995 k Rozhodnutiu č. 1119/91/20 dopĺňujú nasledovným
textom:

Horná medza váživosti	Max 15 000 kg
Dolná medza váživosti	Min 100 kg
Hodnota overovacieho dielika	e = d = 5 kg

3. Bod 4.: Údaje na meradle:
sa v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.1995 k
Rozhodnutiu č. 1119/91/20 nahradzuje textom:

Na štítku váh musia byť uvedené nasledovné údaje:
značka, alebo názov výrobcu

úradná značka schváleného typu v tvare: TCS 128/91-1119

trieda presnosti v tvare: III

horná medza váživosti v tvare: Max 50000 kg alebo
Max 60000 kg alebo
Max 30000 kg alebo
Max 15000 kg

dolná medza váživosti v tvare: Min 400 kg alebo
Min 200 kg alebo
Min 100 kg

hodnota overovacieho dielika: e = d = 20 kg alebo
e = d = 10 kg alebo
e = d = 5 kg

Výrobné číslo a rok výroby



Maximálny rozsah odpočítacieho tarovníka v tvare: $T = -\text{Max}$
Napájacie napätie: 220 V/50 Hz



Vypracoval: Ján Jakubovie
SLM SR MP Banská Bystrica

Riaditeľka SLM SR MP Banská Bystrica: RNDr. Irena Stingl

Riaditeľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 29.10.1996