

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.1180/92/220 zo dňa 20.3.1992, so štátnou značkou schváleného typu

TCS 128/92 - 1180

Na žiadosť firmy HELAGO s.r.o., Kragujevská 17, Žilina (predtým firma UNIKO konzorcium, Komsomolcov 17, Žilina), Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1180.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia série EK,ET o typ EK 600A.


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla splňa metrologické požiadavky pre danú sériu.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 4.4.1995




Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 128/92-1180
zo dňa 20.3.1992

Typ meradla: Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia EK 600A

Výrobca meradla: Firma AND, Japonsko

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k Osvedčeniu č. TCS 128/92-1180 sa v bode 3 dopĺňa o váhy EK 600A, zaradené do série EK.

typ	max g	min g	e g	d g
EK 600A	600	2	0.1	0.05

Bičárová
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 4.4.1995

f R
Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221

