

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO**

**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

**DODATOK č. 2**

zo dňa 04.05.1998

k Rozhodnutiu č. 960/128/92-1484 zo dňa 15.03.1993, ktorým sa vydalo

**SCHVÁLENIE TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TCS 128/92-1484**

Na žiadosť Schenck-Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č.2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektromechanických váh s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Týmto Dodatkom sa ruší Dodatok č. 1 zo dňa 19.01.1998.

Výrobca: **SCHENCK PROCESS, GmbH**  
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje celkom 1 stranu textu.



*Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

## Elektromechanické váhy s vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT C

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH  
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

### TCS 128/92-1484

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu  
č. 960/128/92-1484 zo dňa 15.03.1993:

1. Bod 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov výrobcu sa nahrádza nasledovne:

SCHENCK PROCESS GmbH  
Landwehrstrasse 55  
D-64293 Darmstadt, SRN

2. Bod 2.2.5. prílohy k rozhodnutiu ÚNMZ č. 1484/92/250 Snímače zatížení  
sa pridávajú riadky tabuľky:

RTN .. C3	1 t - 470 t	3000	-
RTN .. C3MI7,5	1 t - 100 t	3000	-
RTN .. C4	1 t - 100 t	4000	-
RTN .. C4MI7,5	1 t - 100 t	4000	-
RTN .. C5	1 t - 100 t	5000	-



Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 04.05.1998