

Slovenský metrologický ústav Bratislava

D O D A T O K č. 2

k Rozhodnutiu ČSMÚ č. 1229/92/220 zo dňa 18.05.1992
so úradnou značkou schválenia typu
TCS 141/92 - 1229

Na žiadosť a.s. Benzinol Žilina, Slovenský metrologický ústav
vydáva dodatok č. 2 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS
141/92 - 1229.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na

objemové prietochné meradlo T 20 s odlučovačom T4A

v súlade s prílohou.

Výrobca : Smith Meter GmbH, Regentstraße, D - 2087 Ellerbek (SRN).

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zis-
tené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do
15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 24.01.1995

Ing. Róbert S p u r n ý , CSc.
riaditeľ SMÚ



Príloha Dodatku č. 2 zo dňa 24.01.1995
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 141/92 - 1229
zo dňa 18.05.1992

Typ meradla : Objemové prietochné meradlo T 20 s odlučovačom T4A

Výrobca : Smith Meter GmbH, Regentstr., D-2087 Ellerbek (SRN)

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Príloha Doplnku č. 1 zo dňa 25.05.1992 k osvedčeniu TCS 141/92 - 1229 sa dopĺňa v časti :

2. Popis meradla o odseky :

Pneumatický ventil typu TV fy Smith (poz. 1 na obr. 1) môže byť nahradený pneumatickým ventilom typu HA 12062 fy A. Haar GmbH Hamburg.

Namiesto ovládacieho tlačítka (2) sa môže použiť páčka alebo iný prepínač ovládajúci prívod tlakového vzduchu do odlučovača.

Skúšku vykonal :  F. Chren


Ing. M. Kachút
vedúci oddelenia 223

