

Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Karloveská 63, 84255 Bratislava

Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu č. 1085/91/220 zo dňa 5.12.1991
so štátnou značkou schváleného typu TCS 143/91-1085

Na žiadosť družstva EKOPLYN Bratislava, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č. 1 k Rozhodnutiu o schválení typového radu meradiel TCS 143/91-1085.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typového radu rotačných plynomerov ROMET o veľkosť G 400 ,menia sa hodnoty tlakových strát a minimálnych prietokov meradiel v typovom rade,v súlade s prílohou.

Výrobca: Romet Limited,1080 Matheson BLVD.,Mississauga,
Ontario,CANADA,L 4 W 2V2

Dovozca: EKOPLYN,SLOVAKIA OFFICE, Staničná 19,82104 Brati-
slava,Slovensko


Z d ŏ v o d n e n i e

Uvedený typový rad rotačných plynomerov splňuje metrologické požiadavky,čo bolo zistené technickou skúškou,ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava,dňa 21.marca 1994



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č. 1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TCS 143/91 -1085
zo dňa 5.decembra 1991

Typový rad meradiel ROMET G 16 až G 400
Výrobca meradiel ROMET Ltd.,Canada
Dovozca EKOPLYN,družstvo, Bratislava

Dodatok č. 1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Menia sa údaje v tabuľke v odstavci 3:

veľkosť G	DN (mm)	Q max (m ³ .h ⁻¹)	Q min (m ³ .h ⁻¹)	dP (Pa)
16	40	25	0,5	150
25	40	40	0,8	200
40	40	65	1,0	260
65	50	100	2,0	330
100	80	160	2,0	280
160	80/100	300	4,0	400
250	100	450	5,0	460
400	100	650	13,0	960

2. Text nasledujúci po tabuľke v odst.3 : "... tlaková strata P sa vzťahuje na plyn o hustote 1kg/m³" sa mení nasledovne:
"... dP je tlaková strata pri maximálnom prietoku pri referenčných podmienkach,t.j. pri tlaku okolia 101 325 Pa a teplote 20⁰C."

3. V texte v odstavci 3 namiesto "Maximálny tlak pre plynomery do veľkosti G250 je 1,2 MPa" sa nahrádza vetou:"Maximálny tlak pre plynomery do veľkosti G400 je 2,5 MPa ".

4. Bod 7 : "Vzorky meradiel" sa dopĺňa o text:

Ďalšie skúšky boli vykonané na týchto meradlách:

G400	v.č.915901
G25/RM25	922366
G400	940493



Dodatok č.1 k TCS 143/91-1085

G400	940489
G400	940482
G400	940481
G400	940500
G400	940485
G400	940468
G400	940471
G400	940470
G400	940469
G400	940467

Vzorky týchto meradiel sú uložené u dovozcu meradiel ROMET
v EKOPLYN, Bratislava.

Skúšku vykonal: Ing. Miloslav Štepita, CSc.

Vedúci oddelenia: Ing. Milan Kachút

Bratislava, dňa 21. marca 1994

