

Slovenský metrologický ústav Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.1161/92/260 zo dňa 20.2.1992 so štátnou značkou schváleného typu TCS 311/92 - 1161

Na žiadosť: PREMEX spol. s r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva Dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/92-1161

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla - odporové snímače teploty typ OT 5 ako členy merača tepla v súlade s prílohou.

Výrobca: PREMEX spol. s r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Z d ô v o d n e n i e :


Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

, P o u č e n i e o o d v o l a n í :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 30.5.1995




Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCS 311/92-1161
zo dňa 20.2.1992

Typ meradla: Odporové snímače teploty OT 5

Výrobca: PREMEX spol. s r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcej zmeny Prílohy
k Rozhodnutiu č.1161/92/260 zo dňa 20.2.1992

- bod 3. Základné metrologické a technické údaje, str.1, sa
mení:

Rozsah použitia:

(0 až 165) °C

Miklešová

Vykonal: Ing. Eva Miklešová

Ing. Stanislav Ďuriš

Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
Vedúci odd. teploty a tepla

Bratislava 30.5.1995

